

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

Punë

Furnizim

Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara ]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 19.03.2025

Nr i Prokurimit	206-25-1452-1-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: <b>MINISTRIA E SHËNDETËSISË</b>		
Adresa Postare: <b>ZAGREBIT , P.N.</b>		
Qyteti: <b>PRISHTINË</b>	Kodi postar: -	Vendi: <b>Kosovë</b>
Personi kontaktues: <b>ZPP: Berat Marmullaku</b> Zyrtar i lëndes: <b>Egzon Ukshini</b>		Telefoni: <b>+383 20024098</b>
Email: <b>berat.marmullaku@rks-gov.net</b> <b>egzon.ukshini@rks-gov.net</b>		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		<b>https://msh.rks-gov.net/</b>

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

**Furnizim me pajisje të Ultrazërit dhe pajisje për Terapinë Okupacionale për Njësitë Shëndetësore të Burgjeve**

<p><b>II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës</b> <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i>  <b>Lot 1- 3 Ultrazë Profesional; Lot 2- Pajisje te ndryshme për zbatimin e Terapisë Okupacionale</b></p>
<p><b>II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):</b> <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i>  <b>33000000-0</b></p>

**NENI III: PROCEDURA**

**III.1) LLOJI I PROCEDURËS**

<b>III.1.1) Lloji i procedurës</b> <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> E hapur
<input type="checkbox"/> E kufizuar
<input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata
<input type="checkbox"/> Kuotim i çmimit

**III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE**

<b>III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:</b>
--

**NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE**

<b>IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE</b>		
Përmirësim <input checked="" type="checkbox"/>	Informata shtesë <input type="checkbox"/>	
Njoftim për kontrate <input checked="" type="checkbox"/>	Njoftim për dhënie kontrate <input type="checkbox"/>	
<b>IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET</b> <i>(nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse &amp; numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)</i>		
<b>IV.2.1) Modifikimi i informatave origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Publikimi në webfaqen e KRPP-së nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues</b> <input type="checkbox"/>	<b>Të dyja</b> <input type="checkbox"/>
<b>IV.2.2) Në njoftimin origjinal</b> <input type="checkbox"/>	<b>Në dokumentet e tenderit</b> <input type="checkbox"/>	<b>Të dyja</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal</b> <i>(nëse aplikohet)</i>		
Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:	Në vend të:	Është :

<b>Afati i fundit për pranim të tenderëve</b>	<b>08.04.2025 14:00:00</b>	<b>18.04.2025 14:00:00</b>
<b>Takimi për hapjen e tenderëve</b>	<b>08.04.2025 14:00:00</b>	<b>18.04.2025 14:00:00</b>
<b>Kapaciteti teknik dhe profesional</b>		<p>Ne Njësite Shëndetësore te Burgjeve janë rishikuar specifikat teknike dhe është pare e nevojshme qe ato duhet te plotesohen-ndryshohen si ne vijim:</p> <p>Specifikat e korrigjuara kanë konsideruar sqarimet sipas kërkesës se OE lidhur me specifikat, çmimet e tregut si dhe sasinë e pajisjeve.</p> <p>Andaj bazuar në këto po ju japim sqarimet si me poshtë :</p> <p>Këto specifika kane këto ndryshime substanciale në krahasim me specifikat e tenderuara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekuenca për sondë konvekse 1.0-7.0MHz</li> <li>• Frekuenca për sondë lineare 4.0-16.0 MHz ose më e lartë</li> <li>• TEE sonda nuk është e përfshirë ( të largohet nga specifikat)</li> <li>• Monitori- Touch screen 21,5 inch ose më e lartë.</li> <li>• Dy pajisje (dy ultrazëra me keto specifika)</li> </ul> <p>Shtyhet afati per ofertim dhe hapje te ofertave, per daten 18.04.2025 ora 14:00</p>

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje) -----