



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**  
*Qeveria – Vlada - Government*

**Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health**  
Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division

Prishtine datë, 03.04.2023

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 63 të Rregullores për Prokurim Publik të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës **31.03.2023**, të parashtruar nga Operatori Ekonomik **Pro Medical Sh.p.k.** lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **“Furnizim me pajisje mjekësore dhe Karriga mjekësore për marrjen e gjakut për DSHB”** me numër prokurimi: 206-23-2112-1-2-1 nxjerr:

**V E N D I M**

- 1. Aprovohet** si e bazuar kërkesa për ri-shqyrtim e Operatorit Ekonomik Pro Medical Sh.p.k. e dt. 31.03.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim me pajisje mjekësore dhe Karriga mjekësore për marrjen e gjakut për DSHB”** me numër prokurimi: 206-23-2112-1-2-1, kundër Njoftimit për Kontratë, të datës 15.03.2023 të publikuar në platformën elektronike.
- 2. Ndryshohet** kriteri nr. 1 tek Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale në NJK dhe DT (certifikata ISO 13485 kerkohet për prodhuesin e jo per OE);
- 3. Autoriteti Kontraktues**, vendos që të vazhdoj me aktivitetin e prokurimit;
- 4. Ky vendim hyn** në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

**A r s y e t i m**

Operatori Ekonomik Pro Medical Sh.p.k. me datë 31.03.2023 ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **“Furnizim me pajisje mjekësore dhe Karriga mjekësore për marrjen e gjakut për DSHB”** me numër prokurimi: 206-23-2112-1-2-1. Autoriteti Kontraktues, me datë 03.04.2023, ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

**Dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues sipas OE anukues:**

Nenin 1 – Qëllimi

Nenin 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 28 – Specifikimet teknike

### **Pretendimi ankimor**

Me datën 27.03.2023 ne kemi dorëzuar kërkesën për informacion shtesë konfirmim LPP Neni 53 por AK ka refuzuar dhe nuk ka thënë sqarime e kërkuar dhe nuk ka marrë për bazë kërkesën tonë.

**Neni 1- Qëllimi** -Ne nuk pajtohemi me sqarimet e thënë nga Autoriteti Kontraktues ngase i njëjti është në kundërshtim me nenin 1 të Ligjit për Prokurim Publik dhe paragrafin nuk ka marrë në konsideratë detyrimin.

AK në këtë rastin tonë ka shkelur Nenin 1 paragrafin 2 të LPP citim *“Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik, nëpunësve civil dhe personave të tjerë që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit duke kërkuar që, vendimet e individëve të tillë dhe baza ligjore e faktike për vendimet e tilla, të mos ndikohen nga interesat personale, të karakterizohet me jo-diskriminim dhe me një shkallë të lartë të transparencës dhe, të jenë në përputhje me kërkesat procedurale dhe qenësore të këtij ligji”*

**Neni 7 Barazia në Trajtim/Jo-Diskriminimi**- Ky nen është parimi bazë i Prokurimit Publik, ku cekë se Autoriteti kontraktues duhet të trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. *Po ashtu, autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatoreve ekonomik.*

Ne DT ju si AK kemi vendosur tek Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 1. OE duhet të dëshmojë se është i certifikuar me ISO 9001 dhe ISO 13485.

Pra ju kemi kërkuar që OE të jetë certifikuar me ISO 13485 por kjo është një kërkesë e pa mundur të plotësohet nga OE sepse me ISO 13485 certifikohen vetëm prodhuesi e paisjeve mjeksore, pra nuk aplikohet kjo kërkesë për OE sepse asnjë kompani/trup certifikues nuk certifikon një kompani /OE me këto certifikate pra ISO 13485 nëse nuk është prodhues i paisjeve mjeksore.

Deri sa ju si AK kemi kërkuar ISO 9001 kjo i plotëson nevojën e tuaj si AK lidhur me kërkesën 1 pra ISO 13485 nuk mund të aplikohet për OE.

Shikoni deshmin 1 ( të bashkangjitur si ankesë )

ISO 13485 is also ideal for companies that provide parts and services for medical device manufacturers. The standard has requirements for traceability, identification, risk assessment, cleanliness and documentation of procedures, all of which position these enterprises to be strong sources for medical components.

Deshmia 2 Shikoni deshmin 1 ( te bashkangjitur si ankese )

## ISO 13485: Quality Management System for Medical Device Manufacturing

ISO 13485 is the medical industry's optimal medical device standard, which ensures that all medical devices meet the proper regulatory compliance laws and customer needs. ISO 13485 certification is a valuable credential put in place to keep professionals and customers safe in clinics, hospitals and other medical settings.

Ne kerkoj qe AK te largoj nga DT kerkesen 1 pra te mos aplikohet ISO 13485 sepse nuk korrpondon me kete AK.

**Neni 28 Specifikimet teknike-Nenin 28 te LPP-se Përpilimi i specifikimeve teknike te detyrueshme nga njesia e kerkeses per keto paisje bie ndesh me Nenin 28**

*Paragrafi 2 te LPP-se "Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik".*

Gjithashtu ky përpilim teknike nga njesia e kerkeses është diskriminues për te gjitha prodhues tjerë sepse nuk kane mundësi konkurimi ne raport me kushte teknike te konkurrences/trajtim i barabarte per shkak pozicionit numer 8, andaj kjo bie ndesh me RrUOPP, Neni 20 Paragrafi 3" *Specifikimet teknike do të përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese, karakteristikat e obligueshme të objektit të kontratës, siç janë cilësia, performanca, kërkesat e dizajnit, dimensionet, siguria, sigurimi i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi dhe metodat e testimit, paketimi, shënimi dhe etiketimi"* dhe paragrafi 4 te ketij Neni "*Specifikimet /TER do të jetë e qartë, e saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca. Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, punëve ose shërbimeve të kërkuara.*

Ja deshmite dhe krahasimi per LOT I.

## Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYR

Nr. Lot	XR me sensor	Specifikat																																				
Lot 1	<p>Mbrojtje nga rrezet x                      Tipi rrezatimit : X                      Sistem mbyllje për të shmangur ekspozimin e pa qëllimtë                      Mbrojtja për shpërndarje para për operatorin dhe pacientin                      Adapter mbushës                      Bateri rimushese                      Ekonomike:                      Jetëgjatësi së paku 70,000 ekspozimeve                      Portative: Digital me sensor                      Pa kablo, për mbajtje me dorë dhe shumë lehtë bartës, të jetë i lehtë për lëvizje në dhomë/zyre.                      Elelgarancion se paku 2 vit.</p> <p>Specifikat për Sensor për RTG Portabel                      Sensor Intraoral                      Imazh Digital                      Doze të vogël të rrezatimit                      Softwear (programin) për instalim dhe kompatibil me Windows 7,8,10,11                      Pixel matrica 1100x1800                      Madhësia mekanike e sensorit (mm)25.4x36.8x4.4                      Mbrojtja IP68                      Ndërveprimi i të dhenave: USB 2.0                      Elelgarancioni se paku 2 vite</p>	<p>Pika fokale: 0.4mm                      Voltazh e tubit: 65kV                      Korrenti i tubit: 2.5mA                      Pesha: 1.5-2.5 KG                      Bateri:2500 mAh                      Kohështrirja e ekspozimit : 0.02-2s                      Voltazh e linjës:100V-240V, 50Hz/60Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Model</td> <td>AK</td> </tr> <tr> <td>Focal Spot</td> <td>: 0.4</td> </tr> <tr> <td>Tube Voltage</td> <td>: 65kV</td> </tr> <tr> <td>Tube Current</td> <td>: 2.5mA</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>: 1.8 kg</td> </tr> <tr> <td>Battery</td> <td>: 2500mAh</td> </tr> <tr> <td>Exposure Time Range</td> <td>: 0.02-2 s</td> </tr> <tr> <td>Line voltage</td> <td>: 100V-240V, 50Hz/60Hz</td> </tr> </table> <p><b>SPECIFICATIONS(AVAILABLE IN 2 SIZES):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MiniPix1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detector Technology</td> <td>APS CMOS</td> </tr> <tr> <td>Scintillator</td> <td>CaI</td> </tr> <tr> <td>Fiber Matrix</td> <td>1000*1500</td> </tr> <tr> <td>Theoretical Resolution</td> <td>25lp/mm</td> </tr> <tr> <td>Active Area (mm)</td> <td>20*30</td> </tr> <tr> <td>Mechanical Size(mm)</td> <td>25.4*36.8*4.4 ✓</td> </tr> <tr> <td>AD Converter(Bit)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Data Interface</td> <td>USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>IP68</td> </tr> </tbody> </table>	Model	AK	Focal Spot	: 0.4	Tube Voltage	: 65kV	Tube Current	: 2.5mA	Weight	: 1.8 kg	Battery	: 2500mAh	Exposure Time Range	: 0.02-2 s	Line voltage	: 100V-240V, 50Hz/60Hz		MiniPix1	Detector Technology	APS CMOS	Scintillator	CaI	Fiber Matrix	1000*1500	Theoretical Resolution	25lp/mm	Active Area (mm)	20*30	Mechanical Size(mm)	25.4*36.8*4.4 ✓	AD Converter(Bit)	15	Data Interface	USB 2.0	Protection	IP68
Model	AK																																					
Focal Spot	: 0.4																																					
Tube Voltage	: 65kV																																					
Tube Current	: 2.5mA																																					
Weight	: 1.8 kg																																					
Battery	: 2500mAh																																					
Exposure Time Range	: 0.02-2 s																																					
Line voltage	: 100V-240V, 50Hz/60Hz																																					
	MiniPix1																																					
Detector Technology	APS CMOS																																					
Scintillator	CaI																																					
Fiber Matrix	1000*1500																																					
Theoretical Resolution	25lp/mm																																					
Active Area (mm)	20*30																																					
Mechanical Size(mm)	25.4*36.8*4.4 ✓																																					
AD Converter(Bit)	15																																					
Data Interface	USB 2.0																																					
Protection	IP68																																					

Per arsyje afariste ne nuk kemi bere publike Prodhuesi dhe Modelin.

Ne kerkojm qe AK te pranoj pasijet me devijime te vogela qe plotesojn nevojat e NJK pra siq kemi kerkuar ne informacion shitese qe te jep mundesi OE tjere qe te ofertoj edhe me pasijet tjera e jo te elimioj OE me specifikacione teknik dhe kerkesa ne DT te cilat nuk jane releventat siq ajo me ISO 134785.

### VENDIMI

I. APROVOHET si e bazuar kërkesa për rishqyrtim dhe

II. Te largoj nga DT certifikone ISO 13485 dhe

III. Te korrixhoj specifikacionet teknike qe te mundesoj OE te oferoj me pasijet tjera peraferta.

### 8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shpenzimet për ankesa dhe humbje financiare të planifikuara

## **Pergjigjia e Autoritetit Kontraktues ne lidhje me pretendimin Ankimore**

MSh e ka shqyrtuar Kërkesën tuaj për rishqyrtim te datës 31.03.2023 dhe pajtohem me pretendimet e juaja ankimore, njëkohësisht e korrigjojmë kriterin nr. 1 tek Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale ne NJK dhe DT.

Sipas ketij korrigjimi certifikata ISO 13485 kërkohet nga prodhuesi, ndërsa certifikata ISO 9001 kërkohet nga operatori ekonomik.

Sa i përket kërkesës për specifikime teknike dhe mundësisë qe AK ti pranoj pajisjet me devijime te vogla, sipas Njesisë se Kërkesës – DSHB rekomandohet qe OE ti referohen specifikave te kërkuara nga komisioni. Para tenderimit specifikat teknike janë hartuar nga një komision i caktuar enkas për këtë çështje, andaj ne si AK-MSh bazohemi ne këto specifika.

Ne e-prokurim do te behet korrigjimi i kriterit dhe afatit për ofertim përmes B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.


Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar ne ato që u thane më lart ka vendosur si ne dispozitiv.

### **Këshilla juridike:**

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. **Ankesa prane OSHP-se duhet te dorezohet brenda 10 (dhjete) diteve pas pranimi te ketij vendimi.**

### **Vendimi i dorëzohet:**

1. Pro Medical Sh.p.k.
2. Operatoreve ekonomik te interesuar

  
Berat Marmullaku

Zyrtari përgjegjës i Prokurimit