



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**  
*Qeveria – Vlada - Government*

**Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health**  
**Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division**

Prishtine datë, 21.03.2023

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 63 të Rregullores për Prokurim Publik të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas **kërkesës për ri-shqyrtim** të datës **15.03.2023**, të parashtruar nga Operatori Ekonomik **N.T.P ERAMED** lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **“Furnizim me pajisje për laboratorët mikrobiologjik në IKSHPK”** me numër prokurimi: 206-23-651-1-1-1 nxjerr:

**V E N D I M**

- 1. Aprovohet** si e bazuar kërkesa për ri-shqyrtim e Operatori Ekonomik N.T.P ERAMED të dt. 15.03.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim me pajisje për laboratorët mikrobiologjik në IKSHPK”** me numër prokurimi: 206-23-651-1-1-1, kundër Njoftimit për Kontraktues (Njoftim për dhënie të Kontratës, të datës 15.02.2023 te publikuar ne platformën elektronike.
- 2. Plotësohet/ndryshohet** kriteri nr. 6 i Përshtatshmërisë profesionale ne dosje te tenderit, ne lidhje me certifikaten ISO 13485;
- 3. Autoriteti Kontraktues**, vendos që te vazhdoj me aktivitetin e prokurimit;
- 4. Ky vendim hyn në fuqi** ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

**A r s y e t i m**

Operatori Ekonomik N.T.P ERAMED me datë 15.03.2023 ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **“Furnizim me pajisje për laboratorët mikrobiologjik në IKSHPK”** me numër prokurimi: 206-23-651-1-1-1. Autoriteti Kontraktues, me datë 21.03.2023, ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

**Dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues sipas OE N.T.P ERAMED:**

Nenin 1 - Qëllimi

Neni 6 - Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Nenin 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

## **Pretendimi ankimor**

Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale, Neni: 7.1 & 7.2; Evidenca 6. Te dëshmohet me kopjen e Certifikatës ISO 13485 të prodhuesit-(valide).

Pergjigja nga AK-se ndaj kërkeses sone eshte: Referoju dosjes se tenderit

Ne kete aktivitet te prokurimit ka pajisje qe nuk prodhohen dhe nuk klasifikohen sipas ISO 13485 si psh: nga LOT 1 te gjithe artikujt prodhohen sipas standardeve EN 12469 – Standard European qe specifikon kriteret per kabinetet e sigurise mikrobiologjik si dhe standardi EN1822.1 per HEPA filtrat qe integrohen ne kabinet dhe luajn rolin kryesor per sigurimin e hapsires sterile brenda kabinetit.

Bashkrngjitur broshura dhe CE deklarata per LOT 1 - artikullin 1.

Ne CE deklarate eshte e cekur shume kjarte konformiteti i pajisjes, ne kete rast kabinetit te sigurise sipas standardit EN12469.

Si prodhues i BE-se ne rast se do te ishte kusht qe pajisja te jete konform standadid ISO 13485 prodhuesi do te detyrohej te certifikoj pajisjen edhe me kete standard.

Ne qoftese AK ka patur ndermend qe furnizuesi ose OE te jene te certifikuar me ISO 13485 - Shitja dhe shperndarja e pajisjeve mjekesore atehere si kerkese do te ishte e arsyshme sepse do te definonte ata OE te cilet kane pervojën e duhur ne fushen e pajisjeve mjekesore.

Ju lutemi gjeni te bashkengjitur certifikaten tone ISO 13485 per te cilen ne jemi te certifikuar.

Autoriteti Kontraktues mund te shkaktoj eliminim jo thjesht konkurencen, por edhe qellimin ligjor per te cilin zhvillohet ky aktivitet i prokurimit duke kufizuar pjesemarrjen me te gjere te OE e cila eshte ne kundershtim me Ligjin e Prokurimit.

Bazuar ne kete fakt ne edhe kemi bere kerkese per informacione shtese (te cilen e keni refuzuar) qe te kerkohet certifikata ISO 13485 vetëm tek produktet ku është i aplikueshëm ky standard.

Andaj, nga ato qe u ceken me larte dhe bazen ligjore lidhur me kete procedure tenderuese kerkojme qe te pranohet kerkesa jone nga ana e AK-se qe certifikata ISO 13485 te kerkohet vetëm për produktet për te cilat është i aplikueshëm ky standard dhe te na mundesohet te ushtrojme te drejten tone per pjesemarrje si OE.

## **Pergjigja e Autoriteteit Kontraktues ne lidhje me pretendimin Ankimore**

AK-Ministria e Shëndetësisë pajtohet me kërkesën tuaj për rishqyrtim te parashtruar për AP, për Lotin 1 korrigjohet kriteri nr. 6 i Përshtatshmërisë profesionale ne dosje te tenderit, dhe ky kriter - Certifikata ISO 13485 e prodhuesit me validitet, kërkohet vetëm për Lot 2, 3 dhe 4, ndërsa nuk kërkohet për Lot 1.

Ne e-prokurim do te behet korrigjimi i kriterit përmes B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.


Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar ne ato që u thane më lart ka vendosur si ne dispozitiv.

**Këshilla juridike:**

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa pranë OSHP-se duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjete) diteve pas pranimit të këtij vendimi.

**Vendimi i dorëzohet:**

1. N.T.P ERAMED
2. Operatoreve ekonomik te interesuar

  
Berat Marmullaku  
Zyrtari përgjegjës i Prokurimit

