



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdrastva - Ministry of Health
Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division

Prishtine datë, 01.09.2023

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 63 të Rregullores për Prokurim Publik të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës 27.08.2023, të parashtruar nga Operatori Ekonomik Pro Medical Sh.P.K., lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: "Furnizim me pajisje mjekësore, instrumente mjekësore për Njësitë organizative të QKUK-së" LOT 10 dhe 14, me numër prokurimi 206-23-4215-1-1-1, nxjerr:

V E N D I M

1. Refuzohet kërkesa për ri-shqyrtim e operatorit ekonomik Pro Medical Sh.P.K., e dt.27.08.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me pajisje mjekësore, instrumente mjekësore për Njësitë organizative të QKUK-së" Lot 10 dhe 14, me numër prokurimi 206-23-4215-1-1-1, kundër Njoftimit mbi Vendimin e AK të datës 21.08.2023, të publikuar në platformën elektronike;
2. **Mbeten në fuqi** Njoftimi mbi Vendimin e AK, i datës 21.08.2023;
3. Autoriteti Kontraktues, vazhdon tutje me aktivitetin e prokurimit;
4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

A r s y e t i m

Operatori ekonomik Pro Medical Sh.P.K., me datë 27.08.2023 ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: "Furnizim me pajisje mjekësore, instrumente mjekësore për Njësitë organizative të QKUK-së" Lot 10 dhe 14, me numër prokurimi 206-23-4215-1-1-1. Autoriteti Kontraktues, e ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

Dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga AK sipas OE Pro Medical Sh.P.K.:

Neni 1- Qëllimi

Neni 7 Barazia në Trajtim/Jo-Diskriminimi

Neni 59 Ekzaminimi, Vleresimi dhe Krahësimi i Tenderëve

Rregullores 01/2022 për Prokurim Publik 40.

Pretendimet ankimore:

AK- Ministria e Shëndetësisë në aktivitetin e prokurimit Furnizim me pajisje mjekësore, instrumente mjekësore për Njësitë organizative të QKUK-së" LOTI 10 dhe LOT 14 AK në aktivitetin e prokurimit të larteshënuar ka bërë Njoftimin mbi Vendimin e AK-se me datën 21.08.2023, ku LOT 10 është anuluar, kurse për LOT 14 ka shpërblyer me kontratë OE " MEDITECH".

Neni 1- Qëllimi- E kundërshtojmë vendimin e Autoritetit Kontraktues ngase i njëjti është në kundërshtim me nenin 1 të Ligjit për Prokurim Publik dhe paragrafin nuk ka marrë në konsideratë detyrimin. AK në këtë rastin tonë ka shkelur Nenin 1 paragrafin 2 të LPP citim "Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik, nëpunësve civil dhe personave të tjerë që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit duke kërkuar që, vendimet e individëve të tillë dhe baza ligjore e faktike për vendimet e tilla, të mos ndikohen nga interesat personale, të karakterizohet me jo-diskriminim dhe me një shkallë të lartë të transparencës dhe, të jenë në përputhje me kërkesat procedurale dhe qenësore të këtij ligji"

Neni 7 Barazia në Trajtim/Jo-Diskriminim- Ky nen është parimi bazë i Prokurimit Publik, ku cekë se Autoriteti kontraktues duhet të trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese, por ne kemi vërejtur se nuk jemi trajtuar si barabartë nga AK ku ne vijmë do paraqesim fakte dhe shëshmit gjithashtu edhe pretendimet tona ankimore.

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve- AK nuk ka respektuar LPP gjatë vlerësimit të ofertës tonë.

Por AK ishte i obliguar të merrte parasysh Ligjin e Prokurimit Publik (LPP), përfshirë Nenin 72 dhe Nenin 59.2. Megjithatë, duke mos kërkuar informacion shtesë nga ju, ju keni bërë një vlerësim që në kundërshtim me LPP, dhe duke pasuar si qëllimin për eliminimin e ofertës tonë LOT 10.

Në këtë pikë, dëshirojmë të informojmë AK-në si vijon dhe arsyetimet e eliminimit tonë është kundërshtime me parimet bazë LPP të cekur më lartë.

Lidhur me LOT 10 ne do të bëjmë arsyetimin dhe do të argumentojmë se paisja jonë i plotëson dhe tejkalon specifikacionet teknike të kërkuar nga AK apo NJK dhe oferta jonë është konform sqarimeve të AK të datës 26.05.2023 pra pretendimet tona për LOT 10 do jenë të bazuar në dëshmi, fakte dhe prova relevante por AK duhet të ketë parasysh sqarime të datës 26.05.2023 si më poshtë:

LOTI 10, 12, 14, 15, 16 dhe LOT 18

Ne kemi vërejtur se specifikacionet për këto LOTO ne vecanti po thuaj për të gjitha LOT janë vetëm copy/past ku ne një mënyrë janë në kundërshtim me LPP Neni 7 dhe Neni 28 sepse është favorizuar vetëm një prodhuesi i caktuar, dhe pyetja jonë është si më poshtë.

Pyetja 3 për AK dhe NJK

Ne kërkojmë nga AK dhe NJK që të mundëson OE të ofertojmë me pasigjet me secifikacione të përafërta por që plotësojnë qëllimin e këtij aktiviteti të prokurimit sepse siq janë tani janë vetëm copy/past specifikacionet teknike, ku edhe kemi bërë krahasimin në mes DT dhe prodhuesit janë vetëm copy/past, pra që të mos favorizohet prodhuesi i caktuar ne kërkojmë që të mundësojë OE të ofertojë me pasigjet me përafërta.

Përgjigja në pyetjen 3 të OE 5:

Referojuni dosjes së tenderit. Specifikat e kërkuara në DT janë minimumi që kërkohet dhe plotësohen nga shumë prodhues. Pra, të pranueshme janë ofertat me specifikat e përshkruara në DT ose më të avansuara se këto (or better, or higher).

Pretendimi i pare ankimor për Lot 10 - Furnizim me pajisje mjekësorë për KI. e Oftalmologjisë

Ne kemi vënë re sa komisioni vlersues ka bërë disa gabime/devijimeve në vlerësimin e ofertës tonë, dhe dëshirojmë t'ju japim shpjegime të sakta dhe të plotësisht të qartësuara për arsyet e këtyre gabimeve nga komisioni vlersues ne jemi eliminuar edhe pse AK/NJ kanë thënë sqarime me datë 26.05.2023.

AK ne Leter Standarde per OE Eliminimuar 21.08.2023 është cekur arsyet eliminimit si më poshtë per LOT 10.

Mungojn specifikat teknike ne katalogun e ofertuar:

Joystick Peratio ose Funksioni i levës (shqip)

Target: Fixation Light ose Objektiva:Drita fiksuese (shqip)

-Arsyejet e eliminimit të tonë (Pro Medical) nga komisioni vlersues i AK nuk qëndron sepse në vijim do të argumentoj se arsya e eliminimit është i paarsyeshëm dhe i pa i bazuar për: **Joystick Peratio ose Funksioni i levës (shqip)** :

Ne për LOT 10 me paisjen e ofertuar kemi plotësuar dhe tejkualuar kërkesa e AK pra NJK sepse kemi ofertuar me paisjet shumë avancaur se sa kërkesat teknike në DT, pra ne kemi ofertuar me paisje më të avansuara pra siq është cekur edhe në sqarime AK or **better, or higher** pra paisja jonë e ofertuar për LOT 10 pra Crystalvue TonoVue nuk ka - Operim me Joystick, sepse pajisja është me një ekran prekës LCD 10.1 inç dhe të gjitha veprimet bëhen me një prekje të vetme, jo në mënyrë manual pra klasike me Operim me Joystick, pra paisja jonë është me e avancuar e cila të gjitha veprimet i kryen shumë thjesht dhe më prezicetet të lartë, se me Operim me Joystick, si kemi theksuar me lart, pra paisja jone që kemi ofertuar është me e avancuar dhe të gjitha veprimet kryen vetëm në një mënyrë shumë të thjeshtë dhe të saktë, duke e bërë kështu Operimin me Joystick të panevojshëm, pra paisja jonë është **Fully Automated Non-Contact** ose shqip **Plotësisht i automatizuar pa kontakt** pra e teknologjia me të avancuar.

Këtu është videoja e paisjes Tonovue: <https://www.youtube.com/watch?v=s-TIxQGTwyI> ku të gjitha veprimet janë plotësisht i automatizuar pa kontakt pra e teknologjia me avancuar, kështu Operimin me Joystick është i panevojshëm.

-Arsyejet e eliminimit të OE Pro Medical nga komisioni vlersues i AK nuk qëndron sepse në vijim do të argumentoj se arsya e eliminimit është i paarsyeshëm dhe i pa i bazuar për: **Target: Fixation Light ose Objektiva: Drita fiksuese (shqip)**: paisja jona e ofertuara pra Crystalvue TonoVue nuk ka Përkufizim: Dritë Fikse sepse teknologjia me avancuar bënë me ndjekja 3D. Thjesht shiko në qendër, pajisja do të nisë /lëvizë me një prekje të vetme. Këtu është videoja e produktit:

Tonovue: https://www.youtube.com/watch?v=sFhahP_4EMQ

TonoVue


**Fully Automated Non-Contact
Tonometer**



3D Tracking




Measurement



Soft Air Puff



Touch Screen



Duke i plotësuar dhe tejkualuar këto specifikacione teknike, parametra dhe duke marr parasysh këto performancat të teknologji më të avancuar, pajisja jonë ofron një performancë të jashtëzakonshme dhe ndryshon për më mirë sfidën e të kryerit të shërbimeve me pajisje të fundit teknologjike në këtë fushë. Me teknologjinë më të fundit , pajisja jonë ofron një performancë më të përparuar dhe e përmbush me lehtësi kërkesat e shërbimeve lidhur me paisjen ne LOT 10.

Në lidhje me LOT 10, paisja jona e ofertuara ka plotësuar dhe tejkualuar kërkesat e NJK dhe AK.

Ne kemi ofertuar pajisje që janë shumë më të përparuara se kërkesat e përcaktuara në DT, kurse komesioni vlersues nuk e ka vlerësuar këtë përparësi dhe pse e ka bërë të ditur në sqarimet e tyre se pranohen paisjet me më mirë, ose më lart (better, or higher) pajisja jonë për LOT 10

Duke pasur parasysh këto përfitime të paisjeve të avancuara, kërkojmë nga AK/NJK që të kryejë një vlerësim profesional në përputhje me sqarimet e datës 26.05.2023 dhe të konsiderojë performancat më të përparuara që ofron pajisja jonë. Ky vlerësim do të siguronte një përputhje të qartë midis avancimeve teknologjike dhe nevojave të interesit publik shendetësor.

Ne baze të dëshmive, provave dhe faktet ne si OE duhet të rekomandohemi per kontratë per LOT 10, kurse ju keni Anuluar LOT 10 edhe pse ne kemi plotësuar specifikacione teknike dhe kemi tejkualuar ato.

Pretendimi i dytë ankimor për Lot 14 - Furnizim me pajisje mjekësore për Kl. e Oftalmologjisë

Ne si OE për LOT 14 nuk kemi pranuar nga AK LS për tenderues të pasuksesshëm, por në bazë raportit të vlersimit ne jemi të pasuksesshëm kurse AK ka rekomanduar për kontrate OE " MEDITECH" për LOT 14 në kundërshtime me Neni 59 të LPP.

Lot 14 -Komisioni i vlerësimit rekomandon:

Për dhenje te kontratës OE MEDITECH ne vlere te ofertës prej 35,100.00 €.

I pasuksesshem OE PRO MEDICAL SH.P.K.

Neni 59 Ekzaminimi, Vleresimi dhe Krahاسimi i Tendereve- AK nuk ka respektuar LPP gjatë vlersimit të ofertës të OE të rekomanduar për kontratë , në vijim do ilustrojm se pse ky OE duhet të eliminuar dhe jo rekomanduar për kontratë siç ka vepruar AK.

Specifikacionet teknike dhe kërkesat e AK për LOT 14 kanë qenë cekura si më poshtë:

LOTI 14- AUTO-KERATO-REFRAKTOMETËR - UPS, TAVOLINË E MOTORIZUAR, KARRIGE PËR KONTROLLUESIN DHE PACIENTIN - 5 copë.

Sipas Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Aksesorë

1. Tavolinë e motorizuar, që i përshtatet lartësia e markës së njëjtë me rrota të vogla me frenë, me këllëf paketimi (1), përshtatës elektrik (1) - 1 set
2. Karrige rrotulluese - 1 copë.
3. Karrige pacienti me përshtatje të lartësisë - 1 copë.
4. E pajisur me bateri që rimbushen - UPS: autonome ≥ 30 minuta

Kurse OE i rekomanduar për kontratë nuk ka dorzuar për Aksorë asnjë katalogu, specifikacion teknik, foto apo ndonje dëshmi se çfara (pozicioni 1) tavoline ka ofertuar elektrike / mekanike / manual, (pozicioni 2 dhe 3) çfarë karriga dhe çfarë (pozicioni 4) UPS , por ka dorzuar vetëm një deklarata e cila nuk mund të merr për bazë nga AK sepse deklarata nuk mund te zavendsoj katalogu apo specifikacionet teknike në rastin konkret, pra deklarate mund te pranohet vetem ne rastin konkret si më poshtë ju lutem shikoni A02 Udhezues Nr-001 2023 per prokurimin publik, pra OE i rekomanduar për kontratë nuk ka dorzuar asnjë informcion, katalog,specifikacione teknike, foto etj pra komesioni vlersues ka bërë vlersim shabllon pra pasur asnjë ide se çfare aksesore do të dorzoj kurse AK dhe NJK duhet te ketë parasysh se këto kanë kosto financiare ku ky këto aksesore kane vlerë deri 2,000 deri 2,400. Euro set kurse 5 copa x 2,000 euro(min) =10,000 euro min me çmimi minimal.

Mungon specifikacioni teknik për mallrat e ofruara dhe katalogu ("specifikimet teknik" – AK përcakton kërkesat minimale dhe maksimale të një produkti, ndërsa OE duhet të dorëzojë specifikimin e detajuar të mallrave të ofruara. Përveç në rastet kur OE nuk mund të dorëzojë specifikimin teknik të një produkti të caktuar p.sh. peme/ përime etj. OE dorëzon deklaratën ku deklaron se mallrat do të jenë në përputhje	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtejshëm	28
---	---	----

Pra OE i rekomanduar për kontratë për LOT 14 është në kundërshtime me Neni 59.4 citim "Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit"

Rregullores 01/2022 per Prokurim Publik 40.2 citim " Tenderët e pranuar me kohë të paraqitur nga tenderuesit do të ekzaminohen, vlerësohen dhe krahasohen në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në njoftimin për kontratë/dosjen e tenderit dhe kontrata do t'i jepet tenderuesit që ka renditjen më të lartë. Kështu, autoritetet kontraktuese nuk mund të ndryshojnë, modifikojnë ose heqin kërkesa të përcaktuara paraprakisht, kriteret ose specifikacione ose të shtojnë disa të reja gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve"

Edhe 40.6 Tenderi do të konsiderohet i përgjegjshëm kur:

- është në pajtueshmëri nga aspekti administrativ me kërkesat formale të dosjes së tenderit;
- është në pajtueshmëri në termet teknike me përshkrimin, kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në dosje të tenderit;
- është dorëzuar nga Operatori ekonomik që përmbush kriteret e përzgjedhjes të përcaktuara në dosje të tenderit.

Pra siq kemi cekur me lart dhe në bazë LPP Neni 59.4 , Rregullores 01/2022 per Prokurim Publik 40.2 dhe A02 Udhezues Nr-001 2023 per prokurimin publik duhet të eliminuar nga AK e jo të rekomandohet për kontratë, dhe njëherit AK duke e rekomanduar për kontratë këtë OE bie ndesh me Neni 7 të LPP sepse vrehet se në jemi diskriminuar si në LOT 10 dhe LOT 14.

Vlen të theksohet se gjatë ekzaminimit dhe vlerësimit të ofertave, kemi vënë re se të gjitha specifikacionet teknike ishin identike me ato të ofruesit të produkteve "MEDITECH". Kjo ngre dyshime se në procesin e përgatitjes të specifikacioneve nga NJK ka favorizuar OE "MEDITECH" ku dhe pjesën dermuesë është edhe rekomanduar për kontratë.

Në bazë të dëshmive, provave dhe faktet në si OE duhet të rekomandohemi për kontratë për LOT 14, kurse OE i rekomanduar duhet të eliminohet sepse ka ofertuar dhe nuk ka dorëzuar fare katalogu, specifikacionet teknike apo ndonjë foto për Akcesore e kërkuara në Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

VENDIMI

- I. APROVOHET** si e bazuar kërkesa për rishqyrtim dhe lenda të kthehet në
- II. RIVLERESIM**, dhe gjatë fazes së rivlerësimit AK të marrë parasysh sqarimet tona për LOT 10 dhe LOT 14.

Demet materiale

Shpenzimet për anketa dhe humbje financiare të planifikuara

Pergjigjia e Autoritetit Kontraktues ne lidhje me pretendimin Ankimore te OE ankues:

I konsiderojmë te pa bazuara pretendimet tuaja ankimore ne lidhje me mosrespektim te nenit 1, 7, 59 te LPP-se. Specifikat teknike nuk mund te kontestohen ne këtë faze, kur dihet se ka qene afati kohor për sqarime shtese ne fazën e tenderimit ku keni mundur ti kontestoni specifikat teknike. Ato janë përgatitur nga profesionistet Bioinxhinier nga SHSKUK dhe duke ditur rëndësinë e Klinikës së Oftalmologjisë, është e rëndësishme qe te furnizohemi me pajisje kualitative, për SYRIN e pacientit.

Per Lot 10, produkti i ofruar nga ju nuk i ploteson specifikat teknike te kerkuara sipas DT-se, mund ti referoheni Njoftimit mbi Vendimin e AK-se te dates 21.08.2023, sqarimeve ne B42 Leter Standarde per tenderuesin e eliminuar.

Per Lot 14, produkti i ofruar nga ju nuk i ploteson specifikat teknike te kerkuara sipas DT-se. Ju jeni me i shtrejte se OE i rekomanduar per kontrate. OE i rekomanduar per kontrat permbush te gjitha specifikat teknike te kerkuara sipas DT-se. OE te rekomanduar per kontrate, duke marre parasysh se perveq katalogut per pajisjet e kerkuarsa, ne oferten e tije ka prezantuar edhe deklaraten me te cilen ka siguruar AK se per te gjitha lotet e ofertuara perfshihen edhe aksesoret, te cilet do te liferohen se bashku me pajisjen, shih deklaraten ne vijim:

Deklaratë

Titulli: "Furnizim me pajisje mjekësore, instrumente mjekësore për Njësitë organizative te QKUK-së"

Nr1 I prokurimit	206-23-4215-1-1-1
------------------	-------------------

Ne Meditech sh.p.k deklarojmë se për te gjitha llotet që kemi bërë ofertë , në ofertë janë të përfshira : Motorized table charis, Rechargeable batteries UPS, Charis for Examiner and Patient , për secilin llot sic janë kërkuar në dosjën e tenderit. Gjithashtu në ofertë përfshihen edhe ALL in ONE PC me performanca kompatible sic i kërkon prodhuesi i paisjës , për llotet ku është kërkuar PC.



Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar në ato që u thanë më lart ka vendosur si në dispozitiv.

Këshilla juridike:

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjetë) diteve pas pranimi të këtij vendimi.

Vendimi i dorëzohet:

1. Pro Medical Sh.P.K.
2. Operatoreve ekonomik të interesuar


Berat Marmullaku

Zyrtar përgjegjës i Prokurimit