



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

**UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 03/2025 KUSHTET DHE
PROCEDURAT PËR USHTRIMIN E VEPRIMTRISË
SHËNDETËSORE SPITALORE DHE QENDRAVE REHABILITUESE**

Ministri i Ministrisë së Shëndetësisë,

Në mbështetje të nenit 25 paragrafi 3, neni 34 të Ligjit Nr. 04/L-125 për Shëndetësi, nenit 11, paragrafi 1, nën paragrafi 1.5 të Ligjit Nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës (GZ. 34 / 18 nëntor 2022),

Nxjerr:

**UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 03/2025 KUSHTET DHE PROCEDURAT PËR
USHTRIMIN E VEPRIMTRAIË SHËNDETËSORE SPITALORE DHE QENDRAVE
REHABILITUESE**

**Neni 1
Qëllimi**

Ky Udhëzim Administrativ rregullon procedurat e licencimit, kushtet e përgjithshme dhe specifike për hapësirën, pajisjet dhe kuadrin profesional organizimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë shëndetësore në spital dhe qendër rehabilituese

**Neni 2
Fusha e veprimit**

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ vlejnë për të gjitha Institucionet shëndetësore të kujdesit spitalor dhe qendër rehabilituese.

**Neni 3
Përkufizime**

1.Shprehjet, termat dhe shkurtesat e përdorura në këtë udhëzim administrativ, kanë kuptimin si në vijim:

1.1. **Spitali** - institucion shëndetësor që ofron shërbim të kujdesit shëndetësor ambulatorë, diagnostifikim, stacionar, trajtim dhe rehabilitim 24 orë.

1.2. **Spital i Përgjithshëm**- institucion shëndetësor i cili ofron shërbime të kujdesit shëndetësor multidisciplinar.

1.3. **Spital Special**- institucion shëndetësor që ofron shërbime shëndetësore të specializuara në një deri katër fushë mjekësore.

1.4. **Qendër rehabilituese**- institucion shëndetësor që ofron shërbime shëndetësore dhe rehabilituese që ndihmon: rikthimin, mbajtjen dhe përmisimin e aftësive që nevojiten për jetën e përditshme.

1.5. **BLIPSh**- (Bordi për licencim të institucioneve private shëndetësore) organ administrativ për licencimin e institucioneve private të kujdesit shëndetësor (tani e tutje Bordi);

1.6. **Licenca/vendimi për licencim**- dokument me shkrim i lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë me të cilin lejohet veprimtaria private e institucionit shëndetësor;

- 1.7. **OPSHK**-Odat e profesionistëve shëndetësor të Kosovës;
- 1.8. **DLISH**-Divizioni për licencim të institucioneve shëndetësore;
- 1.9. **IPSH**-Institucioni privat shëndetësor;
- 1.10. **BLPSH**-Bordi për licencim të profesionistëve shëndetësor;
- 1.11. **AKMRrSB**-Agjencia e Kosovës për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria bërthamore;
- 1.12. Kontrata për asgjësimin e mbetjeve medicinale;
- 1.13. **IS** – Inspektorati sanitar;
- 1.14. **ShSKUK**-Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës;
- 1.15. **AKK**- Asociacioni i Komunave të Kosovës.

2. Shprehjet, termat dhe shkurtesat tjera të përdorura në këtë Udhëzim Administrativ kanë kuptimin ashtu siç janë të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.

KAPITULLI I

PROCEDURAT PER LICENCIM, OBLIGIMET DHE TAKSA ADMINISTRATIVE PËR INSTITUCIONET PRIVATE SHËNDETËSORE SPITALORE

Neni 4 Aplikimi për licencë

1. Personi juridik ose fizik aplikon për licencim përmes qasjes në modulën e aplikimit elektronik në ueb faqen e Ministrisë së Shëndetësisë/DLISH.
2. Udhëzuesi për aplikim elektronik nga paragrafi 1 publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Shëndetësisë.
3. Institucioni që aplikon për veprimtari shtesë dhe ndërrim të lokacionit (adresës) i nënshtrohet procedurave të njëjta të aplikimit për licencim dhe taksës administrative të përcaktuar me këtë udhëzim administrativ.
4. Dokumentacioni i nevojshëm për licencimin e institucionit privat shëndetësor spitalor:
 - 4.1 Certifikata e regjistrimit të biznesit
 - 4.2 Statuti i bazuar në Ligjin për shëndetësi;
 - 4.3 Pëlqimi sanitar i lëshuar nga Inspektorati sanitar
 - 4.4 Deklarata nën betim
 - 4.5 Dokumenti identifikues për themeluesin, drejtorin e institucionit;

- 4.6 Licenca dhe dokumenti identifikues për kuadrin profesional
- 4.7 Kontrata për furnizim me gjak dhe produkte të gjakut
- 4.8 Kontrata për shërbimin e morgut;
- 4.9 Kontratë për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme (medicinale);
- 4.10 Shërbimet mbështetëse të kontraktuara në rast se nuk janë të siguruara nga vet institucioni;
- 4.11 Planimetria e objektit e firmosur dhe e vulosur nga një arkitekt/inxhinier i licencuar;
- 4.12 Licenca për institucionet shëndetësore që aplikojnë rreze jonizuese dhe jo-jonizuese e lëshuar nga organi kompetent;
- 4.13 Pagesa e taksës administrative;
- 4.14 Formulari vetë-vlerësues i plotësuar nga vet aplikuesi.

Neni 5

Kuadri profesional

1. Kuadri profesional në institucionin privat shëndetësor të licencuar ofron shërbime shëndetësore nëse:
 - 1.1 është i licencuar nga Odat përkatëse e profesionistëve shëndetësor;
 - 1.2 kuadri profesional/bashkëpunëtori profesional shtetas i huaj që ofron shërbime shëndetësore nëse i është i lejuar nga Ministria e shëndetësisë;
 - 1.3 Bashkëpunëtor profesional me shkollim jashtë lëmisë së mjekësisë me dëshmi përkatëse për lëmi të caktuara.

Neni 6

Themelimi i Institucionit Shëndetësor

1. Institucioni privat shëndetësor themelohet në pajtim me dispozitat ligjore të ligjit për shëndetësi.
2. Personi fizik, juridik, subjektet tjera vendore dhe të huaja mund të themelojnë institucion privat shëndetësor në pajtim me kushtet e parapara me ligjin për shëndetësi, këtë udhëzim administrativ dhe aktet tjera juridike me legjislacionin në fuqi.

Neni 7

Detyrat dhe obligimet e spitaleve

1. Spitali obligohet të:
 - 1.1 Zbatojë dispozitat juridike lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore,
 - 1.2 Zbatoj standardet e miratuara në sektorin e shëndetësisë,

- 1.3 Nxjerrjen e statutit,
- 1.4 Vendos në vend të dukshëm listën e çmimeve për shërbimet që ofron,
- 1.5 Sigurojë kuadër profesional nga lista e paraqitur e shërbimeve të ofruara,
- 1.6 Ruaj dokumentacionin dhe regjistrat mjekësore në gjendje funksionale, për periudhën kohore të përcaktuar me ligj,
- 1.7 Ruaj dokumentacionin shëndetësor nëse shuan veprimtarinë respektivisht pushon së funksionari veprimtarinë e tij në pajtim me dispozitat juridike,
- 1.8 Sigurojë qasje personave me aftësi të kufizuar,
- 1.9 Sigurojë përgjegjësinë civile për dëmet e shkaktuara ndaj shëndetit të qytetarëve gjatë shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore në institucion, në pajtim me Ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor,
- 1.10 Të raportoj për aktivitetet e veta në pajtim me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi,
- 1.11 Të siguroj vazhdimin e kujdesit shëndetësor qytetarëve në rast se për çfarëdo arsye nuk mund të siguroj shërbime të caktuara të kujdesit shëndetësor,
- 1.12 Të sigurojë referimin e qytetarëve në bazë të ligjit dhe të akteve përkatëse nënligjore,
- 1.13 Të siguroj zbatimin e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me metodat dhe procedurat për kontrollin, ruajtjen, shpërndarjen dhe administrimin e barërave,
- 1.14 Të azhurnoj njohuritë dhe shkathtësitë profesionale të personelit shëndetësor përmes procesit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional, konform rregullativës ligjore të aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë,
- 1.15 Të siguroj mekanizma për një sistem efikas për vlerësim dhe monitorim,
- 1.16 Të zbatojë imunoprofilaksën e obliguar dhe fushatat e imunizimit dhe fushatat e imunizimit plotësues në bazë të kushteve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ përkatës për Vaksinoprofilaksën, Seroprofilaksën dhe Kimioprofilaksën,
- 1.17 Mënyra e plotësimit të recetës dhe obligimi i spitalit për raportim është i përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ përkatës për Recetat në sistemin shëndetësor në Republikën e Kosovës,
- 1.18 Plotësimin e dokumenteve shëndetësore në bazë të Udhëzimit Administrativ përkatës për Dokumentet Shëndetësore,
- 1.19 Zbatimi i rregullave dhe masat e parandalimit dhe transmetimin e HIV-AIDS në bazë të Udhëzimit Administrativ përkatës për Veprimtaria, struktura dhe funksionet e shërbimeve shëndetësore për HIV-AIDS,
- 1.20 Organizimin e shërbimit për parandalimit dhe kontrollit të infeksioneve përmes ekipit për

kontrollin e infeksioneve spitalore dhe detyrën që të plotësoj kushtet në bazë të Udhëzimit Administrativ përkatës për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore,

1.21 Spitali që angazhon profesionist shëndetësor obligohet t'i plotësoj kushtet e përcaktuara me Udhëzimin Administrativ përkatës për licencim të përkohshëm të profesionistëve shëndetësor qytetar jo-kosovar,

1.22 Të siguroj zbatimin e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me metodat dhe procedurat për kontrollin, ruajtjen, shpërndarjen dhe administrimin e barërave,

1.23 Menaxhimin e mbeturinave medicinale sipas dispozitave në fuqi,

1.24 Të informojë përmes modulit të licencimit elektronikë para shuarjes, shtimit të shërbimeve shëndetësore, ndërprerjes së përkohshme të veprimtarisë shëndetësore, plotësimin apo largimin e personelit shëndetësor,

1.25 Institucioni spitalore obligohet për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve,

1.26 Institucioni privat shëndetësor obligohet që në vend të dukshëm të vendosë:

1.26.1 Licencën e institucionit të lëshuar nga Ministria e shëndetësisë,

1.26.2 Kutinë e ankesave/rekomandimeve,

1.26.3 Listën e shërbimeve me çmime,

1.26.4 Kartën e të drejtave dhe përgjegjësisë të pacientit,

1.26.5 Numrin e linjës telefonike për ankesat e qytetarëve,

1.26.6 Shenjën për ndalim të pirjes së duhanit.

1.27 Të kryej dhe zbatoj obligimet tjera të përcaktuara me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi.

Neni 8

Formulari i vetëvlerësimit

1. Formulari i vetëvlerësimit të kushteve, hapësirës dhe pajisjeve mjekësore të institucioneve private shëndetësore është unik.

2. Formulari i vetëvlerësimit është pjesë e modulit për aplikimin e Institucioneve Private Shëndetësore në ëeb faqe të Ministrisë së Shëndetësisë dhe plotësohet nga aplikuesi.

Neni 9

Bordi për licencim të institucioneve private shëndetësore

1. Bordi është organ i emëruar nga Ministri i Shëndetësisë dhe përbëhet nga pesë (5) anëtarë:

1.1 Përfaqësuesi nga MSH;

- 1.2 Jurist nga MSh;
- 1.3 Përfaqësues nga OPSH-ve;
- 1.4 Përfaqësues nga ASK;
- 1.5 Përfaqësues nga DCSALISH.

Neni 10

Mandati i Bordit

1. Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit emërohen me afat kohor tre (3) vjeçar me mundësi vazhdimi.
2. Mandati i anëtarit të Bordit përfundon në këto raste:
 - 2.1 Pas skadimit të mandatit;
 - 2.2. Pas dhënies së dorëheqjes me shkrim;
 - 2.3 Në rast të mospërputhjes së obligimeve të përcaktuar me këtë udhëzim administrativ, rasteve të shkeljeve ligjore apo disiplinore dhe rasteve të konfliktit të interesit.

Neni 11

Kompetencat e Bordit

1. Bordi shqyrton dokumentacionin e institucioneve private shëndetësore për licencim, rilicencim, ndryshim të lokacionit (adresës), veprimtarisë shtesë, ndërrimit të emrit të institucionit shëndetësor, transferimit të licencës, pezullimit të licencës dhe atë jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike pas pranimit të dokumentacionit nga DLAISH.
2. Licencon, rilicencon, refuzon, pezullon, revokon dhe shfuqizon licencën e institucionit privat të kujdesit shëndetësor.
3. Licencon institucionin në rast të plotësimit të kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.
4. Refuzon kërkesën e aplikuesit për licencim në rast të mos plotësimit të kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.
5. Pezullon licencën nëse konstatohet nga organi kompetent se institucioni i licencuar ka dhënë deklaratë jo të saktë si dhe kur vepron në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
6. Shfuqizon vendimin për pezullim të licencës kur konstatohet nga organi kompetent se institucioni shëndetësor i ka plotësuar kushtet dhe është në harmoni me legjislacionin në fuqi.
7. Shfuqizon ose pezullon licencën e institucionit privat shëndetësor në rast të inicimit të procedurës për shfuqizim/pezullim nga Ministri/Inspektorati Shëndetësor ose organi kompetent.
8. Aprovon kërkesën për shuarje të një ose me shumë veprimtari shëndetësore të institucionit shëndetësor të licencuar vetëm në ato raste kur institucion bënë kërkesën me vetë dëshirë dhe nuk ka obligime të pa kryera ndaj Ministrisë së Shëndetësisë.

9. Aprovon kërkesën e institucionit shëndetësor për ndryshim të emrit të institucionit vetëm në ato raste kur nuk ka obligime të pa kryera ndaj Ministrisë së Shëndetësisë si dhe kur merret certifikata e biznesit me emër të ri, paguhet taksa administrative, nuk ndryshon veprimtaria shëndetësore dhe kuadri profesional është sipas dispozitave ligjore në fuqi.

10. Transferon licencën nga një subjekt në subjekt tjetër mund të bëhet vetëm në ato raste kur ka pajtueshmëri të dëshmuar në mes subjekteve dhe kur nuk ka obligime të pa kryera ndaj Ministrisë së Shëndetësisë.

11. Licenca mund të transferohet nga një themelues në themelues tjetër.

12. Raporton për Ministrin në afate periodike.

13. Nxjerr rregulloren e brendshme të punës.

14. Bordi duhet të ketë sekretarin teknike.

15. Shqyrton çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me institucionet private shëndetësore.

16. Bordi nxjerr vendim/licencë për çështjet nga paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 të këtij neni.

17. Në rast se nuk është rregulluar ndryshe me këtë Udhëzim Administrativ, autoriteti kompetent zbaton procedurën e përgjithshme administrative.

Neni 12 **Lëshimi i licencës**

1. Licenca e institucionit privat shëndetësor nënshkruhet nga Kryesuesi i Bordit dhe Ministri.

2. Licenca ka datën e lëshimit dhe datën e skadimit.

3. Licenca është e vlefshme për periudhën pesë (5) vjeçare.

4. Licenca mund të jetë objekt i transferimit nga një subjekt në subjektin tjetër.

5. Çdo plotësim/ndryshim i veprimtarisë së institucionit shëndetësor të licencuar vlen deri në datën e skadimit të licencës.

Neni 13 **Detyrat e DLISH**

1. Pas licencimit të Institucionit shëndetësor themeluesi do të informohet përmes sistemit elektronik.

2. DLISH bënë regjistrimin e institucioneve private shëndetësore që kanë aplikuar, licencuar, rilicencuar, refuzuar, revokuar, pezulluar dhe anulimin e licencave.

3. Të dhënat e institucioneve private shëndetësore të licencuara i dërgohen Divizionit të Informimit për publikim në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë.

Neni 14
Inspektimi dhe mbikëqyrja

1. Inspektimi i institucioneve private shëndetësore bëhet nga organet inspektuese për fushat e caktuar sipas dispozitave ligjore në fuqi.
2. Mbikëqyrja institucioneve private shëndetësore bëhet nga DLAISH.

Neni 15
Procedura e ankesës

1. Komisionin për shqyrtimin e ankesave të aplikuesve të institucioneve private shëndetësore është organ i emëruar nga Ministri i Shëndetësisë dhe përbëhet nga tre (3) anëtarë:
 - 1.1 Përfaqësuesi i MSH;
 - 1.2 Jurist nga MSH;
 - 1.3 Përfaqësues nga OPSH-të.
2. Kundër vendimit të Bordit, aplikuesi i institucioni privat shëndetësor ka të drejtë të parashtrojë ankesë në Komisionin për shqyrtimin e ankesave të aplikuesve të institucioneve private shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë.
3. Kryesuesi dhe anëtarët e Komisionit të ankesave emërohen me afat kohor dy (2) vjeçar me mundësi vazhdimi.
4. Afati për ankesë është tridhjetë (30) ditë nga dita e marrjes së vendimit.
5. Komisioni për shqyrtimin e ankesave të aplikuesve dhe institucionit shëndetësor shqyrton ankesën brenda 30 ditëve.
6. Shqyrtimit të ankesës do të bëhet sipas Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative.

Neni 16
Kompensimi

Bordi dhe komisioni për shqyrtimin e ankesave kompensohen sipas akteve juridike në fuqi.

Neni 17
Pagesa e taksës administrative

1. Institucioni privat shëndetësor obligohet të paguajë taksën administrative për aplikim, licencim, rilicencim, veprimtarisë shtesë, ndërrim të lokacionit (adresës), të përcaktuar me këtë Udhëzim Administrativ.
2. Taksa administrative e paguar sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk kthehet.
3. Taksat paguhet sipas shtojcës një (1) të këtij Udhëzimi administrativ.

KAPITULLI II

Neni 18 Llojet e spitaleve

1. Spitalet në Kosovë varësisht nga lloji i shërbimit që ofrojnë janë:

1.1 Spital i përgjithshëm;

1.2 Spital special.

Neni 19 Lokacioni i spitalit

1. Objekti spitalor duhet t'i plotësoj këto kushte:

1.1 Vend me qasje të lehtë;

1.2 Kriteria hapësinore dhe urbanistike;

1.3 Mirëmbajtje e ambientit të sigurt për pacient, personel dhe publikun.

Neni 20 Kushtet e përgjithshme spitalore

1. Objekti spitalor ku zhvillohet veprimtaria shëndetësore duhet të ndërtohet në përputhje me standardet ndërtimore të rregulluara me ligjin për ndërtim dhe ligjet e tjera të cilat rregullojnë çështjet e ambientit.

1.1. Mirëmbajtja e hapësirës spitalore:

1.1.1 Mirëmbajtja në mënyrë të rregullt;

1.1.2 Dyshemetë e sallave operative, repartit intenziv dhe dhomave për hospitalizim të pacientave duhen të jenë linoleum ose epoksid kurse pjesa tjetër spitalore mund të jetë keramikë, granit ose material tjetër që pastrohet lehtë me qëndrueshmëri ndaj kemikalieve dhe temperaturave të larta të zjarrit;

1.1.3. Muret duhet të kenë lartësinë së paku 2m e 60cm, duhet të jenë të lëmuara dhe që pastrohen lehtë;

1.1.4. Dritaret të jenë të vendosura për sigurimin e ndriçimit ashtu që të këtë dritë të mjaftueshme;

1.1.5. Hapësirat dhe korridoret qarkulluese duhet të jenë të gjëra, të lira dhe çdo herë në dispozicion për lëvizje të lirë të pacientëve qoftë me shtretër, barelë, apo karroca.

1.2 Qasja në hapësirën spitalore:

1.2.1 Dyert e hyrje-daljeve për qasje të lehtë dhe në përputhshmëri me standardet ndërtimore;

1.2.2 Dalje emergjente nga spitali të jashtme ose brendshme;

1.2.3 Ashensor dhe qasje të lehtë për pacient me shtrat dhe për personat me aftësi të kufizuara.

1.3 Ndriçim i hapësirës spitalore:

1.3.1. Për hapësirat me ndriçim të kufizuar natyror, duhet të siguroj ndriçim artificial me fuqi të caktuar të shprehur në luksa si:

1.3.2. Hapësirat kirurgjikale, njësitë e kujdesit intensiv dhe lindtore prej 500-1000 lluksa;

1.3.3. Për laboratorë 250-500 lluksa;

1.3.4. Për korridore dhe shkallë 40 lluksa;

1.3.5. Drita e murit afër shtretërve të sëmurve 70-100 lluksa;

1.3.6. Të siguroj burime alternative të ujit dhe energjisë me kyçe automatike;

1.4. Ventilim për hapësirat spitalore:

1.4.1. Blloku operativ, lindtoret, hapësirat për kujdes intensiv duhet të kenë sistemin e ventilimit me ajër të kondicionuar me hepafiltera të ndarë nga pjesët tjera spitalore;

1.4.2. Spitali obligohet të siguroj instalim dhe stacion qendror për gazra.

1.5. Kushtet higjienike për hapësirën spitalore:

1.5.1. Spitali shfrytëzon sistemin publik të furnizimit me ujë të pijshëm dhe siguron burime alternative të furnizimit;

1.5.2. Mbeturinat e lëngëta të shkarkohen në sistem të kanalizimit publik;

1.5.3. Mbeturinat e ngurta të mblidhen, trajtohen dhe të hedhen në pajtim me ligjet apo rregullat në zbatim;

1.5.4. Mbetjet medicinale spitalore të të gjitha formave të grumbullohen në enë të veçanta dhe të asgjësohen në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave mjekësore;

1.5.5. Spitali obligohet të siguroj dhe mirëmbajë ambient të pastër dhe estetik për pacientët, personelin dhe publikun;

1.5.6. Tualetet duhet të kenë qasje të drejtpërdrejtë nga dhomat ose korridoret. Ato duhet të jenë të ndara për pacientë, personel meshkuj dhe femra dhe persona me aftësi të kufizuara;

1.5.7. Spitali dhe objektet tjera përcjellëse duhet të sigurojnë ngrohje sipas standardeve teknike dhe ekologjike.

1.6. Mbrojtja e objektit nga zjarri:

1.6.1. Të ketë mjete për detektimin dhe mbrojtjen nga zjarri;

1.6.2. Alarme zjarri në mure;

1.6.3. Detektorë tymi në tavane;

1.6.4. Pajisjet për shuarjen e zjarrit duhet të jenë të vendosura në cdo kat dhe vende të dukshme, të përshtatshme dhe të validuara nga institucioni gjegjës.

1.7. Spitalet obligohen të sigurojnë:

1.7.1. Vend parkim të mjaftueshëm, siguri për pacientët, personelin dhe pasurinë;

1.7.2. Sistem efektiv grafik si: shenjëzim i shoqëruar me mjete ndihmëse vizuale për informacione, orientim, drejtim, identifikim, ndalim, vërejtje dhe shënime zyrtare themelore për veprim optimal.

Neni 21

Standardet dhe Radhitja e hapësirave spitalore

1. Hapësirat e spitalit duhet të jenë të lidhura me njëra tjetrën, funksionale dhe të radhitura sipas zonave:

1.1. Zona e parë: shërbimi i triazhës, ambulator, emergjencës dhe administrativ;

1.2. Zona e dytë: shërbimet diagnostike;

1.3. Zona e tretë: trajtimi konservativ;

1.4. Zona e katërt: trajtimet operative dhe kujdesi intensiv;

1.5. Zona e pestë: shërbimet mbështetëse dhe teknike mund të jenë të vendosura edhe jashtë zonave të frekuentuara ose jashtë objektit spitalor.

2. Hapësirat për veprimtari shëndetësore duhet të kenë sipërfaqe prej:

2.1 Pritorja duhet të jetë sëpaku 24m

2.2 Hapësira për informim 9 m²;

2.3 Dhoma e pranimit 12 m²;

2.4 Dhoma e emergjencës 20m²;

2.5 Hapësira për ambulancë specialistike 12 m²;

2.6 Hapësira për sallat operative së paku 30 m².

3. Veprimtaritë specialistike të degëve operative mund të kenë hapësira të përbashkëta të bllokut operativ, nëse këtë e mundësojnë kushtet teknike-ndërtimore dhe ato të hapësirës së komunikimit në

objektin ku janë të vendosura:

- 3.1 Hapësirat për intervenime të vogla dhe për endoskopi 16 m²;
- 3.2 Hapësirat për laboratorë në kuadër të spitalit minimum duhen të jenë 20 m²;
- 3.3 Hapësira për marrjen e materialit për laboratorë duhet të jetë minimum 9 m²;
- 3.4 Hapësirat për ekzaminime radioimazherike sipas standardeve për objektet me destinim përdorimi të rrezeve jonizuese e jo jonizuese;
- 3.5 Hapësira ku organizohet shpërndarja e ushqimit të jenë minimum 12 m²;
- 3.6 Hapësirat për të sëmurët me sëmundje infektive 12m²;
- 3.7 Hapësirat për kujdes intensiv sepaku 20 m².

Neni 22

Pajisjet dhe inventari

- 1. Pajisjet teknike-mjekësore duhet të sigurohen sipas standardeve për veprimtari të caktuara me certifikatë mirëmbajtje, servisim dhe kalibrim të rregullt.
- 2. Pajisjet përcaktohen sipas shërbimeve përkatëse të kujdesit shëndetësor dhe me specifikacionet e bashkëngjitura me këtë udhëzim administrativ dhe udhëzimet tjera në fuqi.
- 3. Sallat e operacionit, kujdesi intensiv dhe hapësirat spitalore me risk të lartë për infeksione duhet të sigurojnë pajisjet të ndara dhe të veçanta për parandalimin e infeksioneve intrahospitalore.

Neni 23

Personeli

- 1. Spitali i përgjithshëm obligohet të ketë:

- 1.1 Personel shëndetësor të licencuar nga Odat e profesionistëve shëndetësor;
- 1.2 Dy specialist me orar të plotë pune për çdo veprimtari shëndetësore, përjashtimisht pika 3.2 e këtij neni;
- 1.3 Katër (4) infermier me orar të plotë pune për çdo veprimtari shëndetësore;
- 1.4 Spitali i përgjithshëm në harmoni me Ligjin e punës dhe aktet e tjera juridike të cilat rregullojnë normat e punësimit, duhet të siguroj personel për organizim të kujdestarive dhe mbulim 24h.

- 2. Spitali special obligohet të ketë:

- 2.1 Dy specialist dhe 4 infermier me orar të plotë pune për çdo veprimtari shëndetësore;
- 2.2 Spitali special me një veprimtari duhet të ketë minimum 6 shtretër. Për çdo veprimtari shtesë spitali special duhet shtoj 4 shtretër;

2.3 Spitali special duhet të siguroj shërbimin dhe personelin specialistik përkatës për kujdestaritë për mbulueshmëri 24h në harmoni me Ligjin e punës dhe aktet e tjera juridike me të cilat rregullohen normat e punësimit.

3. Personeli për shërbimin e anesteziologjisë dhe reanimacionit dhe kujdesit intensiv për spitalin e përgjithshëm dhe spitalin special:

- 3.1 Për Spitalet e Përgjithshme (2) dy specialist anesteziolog me orar të plotë pune;
- 3.2 Për Spitalet Speciale (1) një specialist anesteziolog me orar të plotë pune;
- 3.3 Dy teknik anesteziologjisë/infermier të aftësuar në anesteziologji me orar të plotë pune;
- 3.4 Dy infermier për kujdes intensiv me orar të plotë pune.

Neni 24

Shërbimet themelore shëndetësore në spitale

1. Shërbimet shëndetësore themelore në Spitalin e përgjithshëm:

- 1.1. Sëmundje të brendshme;
- 1.2. Kirurgji të përgjithshme;
- 1.3. Gjinekologji me obstetrikë;
- 1.4. Pediatri;
- 1.5. Njësia e kujdesit intensiv me reanimacion;
- 1.6. Emergjenca;
- 1.7. Kabineti për diagnostikim radioimazherik;
- 1.8. Laboratorin biokimik dhe hematologjik, mikrobiologji*, patologjik* dhe citologjik*;
- 1.9. Barnatorja;
- 1.10. Sterilizimi.

2. Shërbimet administratës dhe mbështetëse.

3. Shërbimet shëndetësore për Spitalin Special janë:

- 3.1. Veprimtaritë themelore shëndetësore e spitalit special;
- 3.2. Kabineti për diagnostikim radioimazherik;
- 3.3. Njësinë e kujdesit intensiv për spitalet me degë operative;

3.4. Laboratori hematologjik dhe biokimik, mikrobiologjik*, patologjik* dhe citologjik*;

3.5. Barnatorja;

3.6. Sterilizimi.

4. Shërbimet administratës dhe mbështetëse.

5. Ç'do dhomë stacionare duhet të jetë e pajisura me pajisje duke u bazuar në shërbimet përkatëse që ofron institucioni.

6. Shërbimet e shënuara me yll (*) janë të domosdoshme vetëm për spitalet të cilat ofrojnë këto veprimtari.

Neni 25

Shërbimi i administratës për spitale

1. Hapësirat e dedikuara për shërbimet e administratës në spitale janë hapësirat për:

1.1 Menaxhment;

1.2 Pritje;

1.3 Informim;

1.4 Personel;

1.5 Buxhet dhe financa;

1.6 Siguri dhe cilësi të shërbimeve shëndetësore;

1.7 Sistem informativ shëndetësor;

1.8 Shërbime juridike;

1.9 Arkiv;

2. Pajisjet tjera përkrahëse për spitale janë:

2.1 Fikës zjarri në numër siç është paraparë në rregulloren për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në objektet afariste;

2.2 Hidrant me pajisje përcjellëse për menaxhimin e zjarreve;

2.3 Një gjenerator automatik;

2.4 Inventor për bllokun operativ dhe kujdesin intenziv;

2.5 Autoambulancë;

2.6 Rezervuari i ujit te pijshëm dhe teknik.

Neni 26 **Shërbimet mbështetëse**

1.Në kuadrin e shërbimeve mbështetëse bëjnë pjesë:

- 1.1.Lavanderia;
- 1.2.Sigurimi;
- 1.3.Shërbimet e tjera: pastërtia, autoparku dhe parkingu;
- 1.4.Bioinxhinjia;
- 1.5.Kuzhina.

2. Shërbimet mbështetëse mund të:

- 2.1 Themelohen nga vetë institucioni;
- 2.2 Sigurohen përmes formës së kontraktimit.

Neni 27 **Barnatorja Spitalore**

Institucionet Shëndetësore përmes barnatores spitalore si njësi funksionale e institucionit shëndetësor spitalor, mund të bëjnë blerjen, furnizimin, deponimin, shpërndarjen e produkteve, pajisjeve medicinale dhe produktet e tjera, vetëm për pacientët e hospitalizuar, si dhe menaxhimin e produkteve të përdorshme.

Neni 28 **Kushtet minimale për barnatore spitalore**

- 1. Hapësira e barnatores spitalore duhet të jetë hapësirë e veçantë brenda spitalit me sipërfaqe të mjaftueshme dhe enterier të përshtatshëm për pranimin, deponimin, ruajtjen dhe dispenzimin e produkteve dhe pajisjeve medicinale dhe produktet e tjera.
- 2. Për barna narkotike dhe psikotrope duhet të ketë një hapësirë të posaçme dhe të sigurt, që pamundëson qasjen e personave të pa autorizuar.
- 3. Për barna termolabile duhet të ketë hapësirën e posaçme që mundëson ruajtjen e zinxhirit të ftohtë sipas deklaratës së prodhuesit.
- 4. Barnatorja spitalore duhet të posedojë pajisjet e përshtatshme të cilat sigurojnë mbajtjen dhe regjistrimin e temperaturës dhe të lagështisë në kufinjët e caktuar, që siguron ruajtjen adekuate të produkteve medicinale, pajisjeve medicinale dhe produktet e tjera sipas deklaratës së prodhuesve për ruajtje.

Neni 29

Stafi profesional

1.Stafi duhet të jetë i mjaftueshëm për zhvillimin e veprimtarisë dhe duhet të përbëhet nga:

1.1. Për Spitalet e përgjithshme së paku një farmacist përgjegjës, me orar të plotë të punës i cili është përgjegjës për furnizimin, pranimin, sigurinë e produkteve medicinale, pajisjeve medicinale dhe produktet e tjera.

1.2. Për Spitalet speciale së paku një person përgjegjës i kualifikuar i cili mund të jetë mjek ose farmacist, me orar të plotë të punës i cili është përgjegjës për furnizimin, pranimin, sigurinë e produkteve medicinale, pajisjeve medicinale dhe produktet e tjera.

1.3. Barnatorja mund të punësoj teknik të farmacisë, që mund të punoj në barnatore vetëm në prezencë të farmacistit.

2.Për zgjerimin e veprimtarisë, operim me narkotikë, duhet të pajiset me leje të veçantë nga AKPPM.

Neni 30

Sterilizimi qendror

1.Hapësirat për sterilizim qendror:

1.1.Paradhoma;

1.2.Evidentimi dhe etiketimi;

1.3.Përgatitja për sterilizim/ pastrim fizik;

1.4.Filtër (ndërrimi i personelit) për komunikim me pjesën sterile;

1.5.Pjesa sterile;

1.6.Hyrja në sterilizim dhe dalja të jenë të veçanta.

Neni 31

Kabineti për Radiologji

1.Kushtet e veçanta, hapësira, pajisjet dhe personeli për Kabinetin për Radiologji,

1.1Hapësira:

1.1.1Hapësirë për zhveshjen e pacientëve 2m²;

1.1.2Hapësirë për tabelën komandues së paku 2m²;

1.1.3Hapësirë në të cilën është vendosur aparati i rëntgenit me një gyp duhet të ketë sipërfaqe prej së paku 15 m²;

1.1.4Nëse në një hapësirë aparati me dy apo më shumë gypa rëntgenologjik, sipërfaqja duhet të

jetë së paku 15m²;

1.1.5 Hapësira e cila shfrytëzohet për aparatën rëntgenit për shërbimin e terapisë duhet të jetë së paku 15m²;

1.1.6 Hapësira e cila shfrytëzohet për aparate të rëntgenit për incizime të dhëmbëve fuqia elektrike e të cilave nuk është mbi 60 kv duhet të ketë sipërfaqe prej 6m² kurse nëse komandohet nga jashtë kabinës 4m²;

1.1.7 Hapësira prej 15m² në të cilën vendoset aparati i rëntgenit me fuqi 60kv për inqizimin të dhëmbëve dhe nofullave;

1.1.8 Hapësirë për personel.

1.2. Pajisjet:

1.2.1 aparat i rëntgenit për incizim trefazor me 6-12 fokusues – drejtues të fortësisë 750 deri 100 mA dhe 125 deri në 150 kV gjerësisht aparatën e rëntgenit për ndriçim rëntgenologjik krahas zmadhuesit elektrik dhe zinxhirit TV ose pajisje tjera diagnostike të cilat shfrytëzohen në rëntgenologji;

1.2.2. Tavolinë për ekzaminim rëntgenologjik;

1.2.3. Negatoskop;

1.2.4. Dorëzat e plumbta të thurura për ekzaminim Opcionale;

1.2.5. Syza;

1.2.6. Përparëse të plumbit;

1.2.7. Dozimetria;

1.2.8. Mjetet për dhënien e preparateve, kontrasteve me rrugë intervaskularë, orale dhe rektale;

1.2.9. Aparat për dhënjë të oksigjenit;

1.2.10. Komplet për anti-shok terapi;

1.2.11. Stetoskop;

1.2.12. Sfingomanometër;

1.3. Personeli:

1.3.1 Specialist i radiologjisë;

1.3.2 Teknik i radiologjisë/Infermier i aftësuar në imazheri minimum 6 muaj.

Neni 32
Kabinet për ultrazë

1. Kushtet e veçanta, hapësira, pajisjet dhe personeli për Kabinetin për ultrazë,

1.1. Hapësira:

1.1.1. Hapësira për ultrazë së paku 12m²;

1.1.2. Hapësira për personel;

1.1.3. Hapësirë për zhveshjen e pacientëve;

1.2. Pajisje:

1.2.1. aparat për ultrazë;

1.2.2. aparat për dhënje të oksigjenit;

1.2.3. stetoskop;

1.2.4. tensimetër.

1.3. Personeli:

1.3.1. Specialist i radiologjisë,

1.3.2. Teknik i radiologjisë.

Neni 33
Kabinet për tomografi të kompjuterizuar

1. Kushtet e veçanta, hapësira, pajisjet dhe personeli për Kabinetin për tomografi të kompjuterizuar,

1.1. Hapësira:

1.1.1. hapësira për tomografi të kompjuterizuar së paku 20m²;

1.1.2. hapësirë për tabelën komanduese 4m²;

1.1.3. hapësirë për personel;

1.1.4. hapësirë për zhveshjen e pacientëve;

1.2. Pajisjet:

1.2.1. aparat për tomografi të kompjuterizuar;

1.2.2. injektor automatik i mjetit të kontrastit intravenoz që aktivizohet nga komanda jashtë hapësirës ku gjendet aparati*;

1.2.3.pajisje për dhënjën e kontrastit përmes rektumit;

1.2.4. aparat për oksigjen;

1.2.5. antishok terapia;

1.2.6. stetoskop;

1.2.7. Sfingomanometër;

1.3. Personeli:

1.3.1. Specialist i radiologjisë,

1.3.2. Teknik i radiologjisë.

Neni 34 **Kabinet për rezonancë magnetike**

1. Kushtet e veçanta, hapësira, pajisjet dhe personeli për Kabinetin për rezonancë magnetike,

1.1. Hapësira:

1.1.1. hapësira për rezonancë së paku 20m²;

1.1.2. hapësirë për tabelën komanduese 4m²;

1.2.3. hapësirë për personel;

1.2.4. hapësirë për zhveshjen e pacientëve;

1.2. Pajisjet:

1.2.1. aparat për rezonancë;

1.2.2. aparat për dhënjën të oksigjenit kompatibil për përdorim në fushën e fortë magnetike;

1.2.3. antishok terapia;

1.2.4. Sfingomanometër;

1.3. Personeli:

1.3.1. Specialist i Radiologjisë;

1.3.2. Teknik i radiologjisë.

Neni 35
Kabinet për angiografi digjitale subtraksionale

1. Kushtet e veçanta, hapësira, pajisjet dhe personeli për Kabinetin për angiografi digjitale subtraksionale,

1.1. Hapësira për angiografi subtraksionale digjitale ADS duhet të ketë:

1.1.1.Pritore së paku 15m²;

1.1.2.Hapësira prej së paku 20m² për ADS me një gyp dhe 25 m² për Ads me dy gypa të rëntgenit;

1.1.3.Dyshemeja e hapësirës së sallës ku është i vendosur aparati i ADS të jetë i shtruar me material kompakt me veti anti statike;

1.1.4.hapësirë për tabelën komanduese 4m²;

1.1.5.hapësirë për personel;

1.1.6.hapësirë për zhveshjen e pacientëve.

1.2.Pajisje:

1.2.1.ADS aparati me një gyp të rëntgenit;

1.2.2.Injektor automatik i mjetit të kontrastit intravenoz që aktivizohet nga komanda e vendosur jashtë hapësirës ku gjendet aparati;

1.2.3.Dozimetria;

1.2.4.Stetoskop;

1.2.5.Sfingomanometër;

1.2.6.Sistemi i monitorimit të punës me zemër;

1.2.7.Antishok terapia;

1.2.8.Mbrojtje nga qelqi për personelin që kryen procedurën;

1.2.9.Dritë lëvizëse për ndriçim të fushës së punës;

1.2.10.Ormanë për vendosjen e kateterave dhe materialit tjerë shpenzues;

1.2.11.Tavolinë lëvizëse prej metali që nuk korodon – rostfrei vendosjen e materialit shpenzues gjatë procedurës;

1.3. Personeli:

1.3.1. Specialist i radiologjisë;

1.3.2. Teknik i radiologjisë.

Neni 36
Ambulancë e mjekësisë nukleare

1. Kushtet e veçanta, hapësira, pajisjet dhe personeli për Ambulancën e mjekësisë nukleare

1.1.Hapësira:

1.1.1.hapësira për pajisjen së paku 15m²;

1.1.2.hapësirë për tabelën komanduese 4m²;

1.1.3.hapësire për dhënjën e izotopeve 6m²;

1.1.4.hapësirë për personel;

1.1.5.hapësirë për zhveshjen e pacientëve;

1.2.Pajisjet:

1.2.1.aparat (Gamma cammera ose SPECT/CT, PET/CT).

1.2.2.aparat për dhënjën të oksigjenit;

1.2.3.antishok terapia;

1.2.4.stetoskop;

1.2.5.Sfingomanometër.

1.3. Personeli:

1.3.1. Specialist i Mjekësisë Nukleare,

1.3.2. Teknik i radiologjisë.

Neni 37
Shërbimet diagnostike
Laboratori biokimik-hematologjik

1.Hapësirat për laboratorin biokimik hematologjik janë hapësirat për:

1.1.Marrjen e materialit min 9 m²;

1.2.Analiza laboratorike 20 m²;

2.Pajisjet bazë për laboratorin biokimik dhe hematologjik:

- 2.1.Orendi për laborator;
- 2.2.Kompjuter me printer;
- 2.3.Karrige dhe shtrat për marrjen e materialit biologjik;
- 2.4.Frigorifer me temperature të kontrolluar, ftohës (-20);
- 2.5.Termostat;
- 2.6.Banjo ujore;
- 2.7.Centrifuge përndarjen e serumit dhe plazmës;
- 2.8.Peshore analitike;
- 2.9.Sterilizator;
- 2.10.Dejonizator, autoklav (përveç nëse laboratori ka siguruar ujin e dejonizuar dhe mënyrën për mënmyrën për largimin e mbeturinave);
- 2.11.Mikroskop;
- 2.12.Numërues hematologjik (8-18 parametra);
- 2.13.Spektrofotometër me gjatësi valore 300-700nm;
- 2.14.Analizator biokimik (automatik ose gjysem automatik);
- 2.15.Aparat per përcaktimin e elektrolitëve;
- 2.16.Aparat për statusin acido-bazik;
- 2.17.Aparat për elektroforezë;
- 2.18.Aparat imunokimik (EIA, LIA, ELFA);
- 2.19.Koagulometër.

3.Personeli për laboratorin biokimik hematologjik:

- 3.1.Një (1) specialist i biokimisë klinike me orar të plotë
- 3.2.Një (1) teknik laborator me orarë të plotë.

Neni 38
Shërbimet diagnostike
Laboratori mikrobiologjik

1. Hapësirat për laboratorin mikrobiologjik janë hapësirat për:

- 1.1. Marrjen e materialit 9m²;
- 1.2. Hapësira për përpunim dhe analiza 25m²;
- 1.3. Përgatitja e terreneve ushqyese 9 m²;
- 1.4. Ruajtja e materialeve 4 m²;

2. Pajisjet bazë dhe inventari për laboratorin e mikrobiologjisë:

- 2.1. Pinceta;
- 2.2. Pipeta;
- 2.3. Flakadan (bensen);
- 3.4. Mikroskop (fluorescent);
- 2.5. Enëlarëse për enë laboratorike;
- 2.6. Dispensor për antibiotik;
- 2.7. Thjerrëz zmadhuese laboratorike;
- 2.8. Qelqet laboratorike;
- 2.9. Enë plastike;
- 2.10. Llamba me flak;
- 2.11. Frigorifer +4 °C;
- 2.12. Ngrirës - 20°C;
- 2.13. Termostat +37°C;
- 2.14. Termostat me CO₂;
- 2.15. Sterilizator të thatë;
- 2.16. Autoklavë;
- 2.17. Mikroskop binokular me imerzion dhe sistem të ndriçimit të thatë;

- 2.18 Centrifug laboratorike e tavolinës;
- 2.19 Peshore analitike dhe e thjeshtë;
- 2.20 Enët për kultivimin e baktereve anaerobe apo termostatat anaerobe;
- 2.21 Pajisje për serologji, ELISA lexuese dhe Elisa larëse;
- 2.22 Aparati për përpunimin automatik të preparateve primare sterile;
- 2.23 Kadë ujore;
- 2.24 Pehameter;
- 2.25 Densitometri;
- 2.26 Komora e sigurisë biologjike;
- 2.27 Ekshautor për përgatitjen e preparateve parazitologjike;
- 2.28 Tavolinat laboratorike dhe mobilet tjera;
- 2.29 Fshesa për enët laboratorike;
- 2.30 Mikroskopi fluorescent;
- 2.31 Pllaka magnetike.

3. Personeli për laboratorin mikrobiologjik:

- 3.1. Një (1) mjek specialist i mikrobiologjisë;
- 3.2. Një (1) teknik laborant.

Neni 39 **Laboratori i patologjisë dhe citologjisë**

1. Hapësirat për laboratorin e patologjisë/ citologjisë:

- 1.1 Marrja e materialit 9m²;
- 1.2 Hapësira për përpunim dhe analiza 25m²;
- 1.3 Hapësira për imuno-histokimi 9 m²;
- 1.4 Ruajtjen e bllokave të parafinës dhe kemikalieve 7.5 m²;

2. Pajisjet bazë dhe inventari për laboratorin e patologjisë:

- 2.1. Pajisjet dhe inventari për laboratorin e citologjisë:

2.1.1.Pajisjet për ventilim aktiv;

2.1.2. Centrifugë;

2.1.3.Digestor;

2.1.4.Mikroskop binocular;

2.1.5.Frigoriferi;

2.1.6.Dollapi metalik për materialet lehtë të ndezshme;

2.1.7.Dollapi për arkivim të rezultateve dhe kartotekë/ evidencë kompjuterike;

2.1.8.Dollapi për arkivim të preparative;

2.1.9.Pajisje për dezinfektim;

2.2.Pajisjet dhe inventari për laboratorin e patologjisë:

2.2.1.Mikroskop binocular;

2.2.2.Kriostat, mikrotomi-së paku dy;

2.2.3.Frigorifer

2.2.4.Kadë të ujit;

2.2.5.Polica për arkivimin e bllokave të parafinës;

2.2.6.Termostati;

2.2.7.Enët për ngjyrim në hapësirën me ventilim aktiv;

2.2.8.Kompjuteri për futjen e rezultateve;

2.2.9.Ormani për arkivimin e preparateve;

2.2.10.Ormani për arkivimin e rezultateve;

2.2.11.Ormani metalik për materiale lehtë të ndezshme;

2.2.12.Tavolinë e punës me ventilim aktiv të hapësirës për marrjen e materialit;

2.2.13.Histokineti (aparati për procesim të indit);

2.2.14.Aparat për mbulimin e indeve me parafinë të lëngët.

3.Personeli për laboratorin e patologjisë:

3.1 Një (1) specialist i patologjisë;

3.2 Një (1) teknik laborant.

Neni 40 **Shërbimi i transfuzionit të gjakut**

1.Shërbimet e transfuzionit në spitale të kryhen në bazë të Ligjit mbi transfuzionin e gjakut.

2.Spitalet furnizohen me gjak dhe produkte të gjakut në bazë të ligjit për transfuzionin e gjakut, kontrollin e gjakut dhe produkteve të tij dhe akteve nënligjore në fuqi.

Neni 41 **Shërbimet e morgut**

Institucioni shëndetësor spitalor duhet të ketë hapësirën e veçantë për vendosjen e kufomave, ndërsa shërbimet e morgut duhet ti ketë të kontraktuara me institucionet që ofrojnë shërbime të morgut.

Neni 42 **Shërbimi i ambulancave specialistike spitalore**

1.Hapësira për ambulancën specialistike spitalore:

1.1.Ordinancat me hapësirë 12 m² me lavaman funksional.

2. Pajisjet bazë dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientet spitalor janë:

2.1. Karrocë për transport të pacientëve në pozitë të ulur;

2.2. Shtrat për transport të pacientëve në pozitë të shtrirë;

2.3. Tavolinë e punës për mjekun;

2.4. Karrigë lëvizëse me rregullues të lartësisë për mjekun;

2.5. Karrigë për pacientin;

2.6. Karrigë lëvizëse me fileto pa mbështetëse për ekzaminim të pacientit;

2.7. Varëse garderobe;

2.8. Tensiometër me zhivë dhe me manzheta me gjerësi të ndryshme;

2.9. Krevat-otoman për ekzaminim të pacientit;

2.10. Paravan;

2.11. Dollap për instrumente dhe barëra;

- 2.12. Tavolinë për instrumente;
- 2.13. Termometra: dy cope;
- 2.14. Fonendoskop ndëgjuese;
- 2.15. Shpatulla për ekzaminim të grykës për një përdorim dhe plahte për një përdorim;
- 2.16. Dorëza për një përdorim;
- 2.17. Komplet të barërave për terapi të shokut anafilaktik dhe barërave ampulare në përputhje me nevojat e pacientëve të cilëve ju ofrohet kujdesi shëndetësor;
- 2.18. Enët plastike për mbeturina mjekësore;
- 2.19. Enët për mbeturina tjera;
- 2.20 Kompjuteri.

Neni 43 **Shërbimi për sëmundje të brendshme**

- 1. Hapësirën për aparaturë diagnostike – terapeutike minimum 12 m²;
- 2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për shërbimin e sëmundjeve të brendshme të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.
- 3. Pajisjet dhe hapësira për aparaturë diagnostiko – terapeutik janë:
 - 3.1 Në hapësirën për aparaturë diagnostiko – terapeutike:
 - 3.2 Aparat për EKG, tre kanalesh;
 - 3.3 Spirometër;
 - 3.4 Ambu balon me maskë;
 - 3.5 Defibrilator;
 - 3.6 Monitor për EKG, tension arterial dhe puls me oksimetër dhe kapnokgraf;
 - 3.7 Pompa infusive;
 - 3.8 Aparat respiratori me presion për inhalim dhe oksigjenoterapi;
 - 3.9 Vakum aspiratori elektrik;
 - 3.10 Komplet për intubim endotrakeal;
 - 3.11 Shtrat për pacient;

- 3.12 Ormanë për materiale sanitare dhe barëra;
- 3.13 Orman për instrumente;
- 3.14 Otoman për ekzaminim;
- 3.15 Paravan;
- 3.16 Urokateterë për një përdorim diametrash të ndryshëm;
- 3.17 Pajisjen për punkSION dhe drenim torakal;
- 3.18 Irigator;
- 3.19 Pajisje për lavazh të lukthit;
- 3.20 Negatoskop;
- 3.21 Peshore me matëse të lartësisë;

4. Personeli për shërbimin e sëmundjeve të brendshme të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 44 **Shërbimi i kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive**

1. Hapësira për Shërbimi i kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive:

- 1.1 Ordinancat me hapësirë 12 m² me lavaman funksional;
- 1.2 Sallën për kateterizim në përputhje me UA 02/2 imazheri për Koronarografi;
- 1.3 Dhoma e përgatitjes së pacientit;
- 1.4 Shërbimin e kujdesit intenziv kardiak me së paku 3 shtretër reanimacioni, sipas kushteve të parapara me nenin 37 mbi Shërbimin e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv.

2. Pajisjet për shërbimin e kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive duhet të jenë:

- 2.1. EKG;
- 2.2. ECHO;
- 2.3. Stres Testi;
- 2.4. Defibrilatori;
- 2.5. Monitori për përcjellje të elektrokardiogrami dhe puls-oksimetër;

- 2.6. Holter për EKG;
- 2.7. Holter për tension arterial;
- 2.8. Tavolinë lëvizëse për pacient;
- 2.9. Koronarografi;
- 2.10. Sistemi i monitorimit të hemodinamikës;
- 2.11. Injektori;
- 2.12. Pejsmeker të përkohshëm;
- 2.13. Seti i reanimimit;
- 2.14. Seti për perikardiocentezë;
- 2.15. Nxehësi i kontrastit;
- 2.16. Vakum aspiratori;
- 2.17. Pompa infusive;
- 2.18. Tavolinë pune, tavolinë për terapi, tavolinë për defibrillator;
- 2.19. Raftet për material shpenzues në sallë dhe dollape;
- 2.20. Lavaman me ujë të ngrohtë;
- 2.21. Shkallët doracake për pacient;

3. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike shërbimin e kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

4. Shërbimi i kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive duhet të siguroj personelin specialistik për kujdestaritë për mbulueshmëri 24h në harmoni me Ligjin e punës.

5. Për disa procedura të parapara me protokole klinike specifike për kardiologji invazive spitali special është i obliguar të ketë shërbimin e kardiokirurgjisë ose kontratën për shërbime me institucion tjetër të specializuar për kardiokirurgji brenda territorit të Kosovës.

6. Shërbimi i kardiologjisë mund të organizohet edhe si shërbim i vetëm (pa kardiologji invazive), prandaj në këto raste pajisjet për kardiologji invazive nuk janë të domosdoshme.

7. Personeli për shërbimin e kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 45
Shërbimi për sëmundje të mushkërive

1. Hapësira :

1.1 Hapësirën për aparaturë diagnostiko – terapeutike minimum 12 m².

2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për shërbimin pulmologjisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3. Pajisjet për shërbimin e pulmologjisë duhet të jenë:

3.1 EKG tre kanalësh portabil;

3.2 Defibrilator;

3.3 Analizator të gazrave;

3.4 Inhalator;

3.5 Sistem për oksigjenoterapi të kontinuar;

3.6 Ergomentrin për ekzaminim të funksionit të mushkërive;

3.7 Shtrat për drenazh;

3.8 Spirometër;

3.9 Monitor për EKG, tension arterial dhe puls me oksimetër dhe kapnograf;

3.10 Pompa infusive;

3.11 Pajisje për punktion pleural;

3.12 Inhalator ultrasonik;

3.13 Bronkoskop fiberoptik;

3.14 Mikroskop binocular;

3.15 Pajisje për identifikimin e bacileve të kohut;

3.16 Pajisje të tjera diagnostike janë të njëjta si për spitalin e përgjithshëm.

4. Personeli për shërbimin e sëmundjeve të mushkrive të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 46

Shërbimi i dermatovenerologjisë

1.Hapësira:

1.1.Hapësirën për ekzaminim mikro/mikroskopik në sipërfaqe prej 9m².

2.Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për shërbimin e dermatovenerologjisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e dermatovenerologjisë janë:

3.1.Dhoma e testimeve alergjike;

3.1.1.Tavolinë pune me 2 karriga;

3.1.2.Lampë-lupe;

3.1.3.Kompjuter;

3.1.4.Tavoline lëvizëse;

3.1.5.Tensiometër;

3.1.6.Dollap për material;

3.2 Dhoma e ekzaminimeve të tumorëve:

3.2.1 Dermatoskop;

3.2.2 Foto aparat;

3.2.3Kompjuter;

3.2.4Dollap për material;

3.2.5Tavolinë pune;

3.2.6Karriga;

3.2.7Shtrat të pacientëve;

3.3. Dhoma e Intervenimeve me parardhomë:

3.3.1.Shtrat kirurgjik;

3.3.2.Karrika lëvizëse;

3.3.3.Llampë kirurgjike;

3.3.4.Elektrokauter bipolarë me aksesorë;

3.3.5.Tavolinë lëvizëse për instrumente;

3.3.6.Tavolinë për Instrumente;

3.3.7.Dollap për material në paradhomë

3.3.8.Tavolinë e punës;

3.3.9.Karrigë e punës;

3.3.10.Instrumente kirurgjike (gërshërë të drejta dhe të lakuara, pincetat kirurgjike dhe anatomike, kuka, kohlera, scalpërmbajtës, gjilpërmbajtës, lancet, dermojet dhe aparaturë për transplante lëkurore;

3.3.11.Dhoma për ekzaminime Venerologjike;

3.3.12.Shtrati Gjinekologjik;

3.3.13.Karrige lëvizëse;

3.3.14.Instrumente (pinceta, lancet, kohlera, spekulum vaginale, peane cervikale);

3.3.15.Tavolinë lëvizëse;

3.3.16.Tavolinë pune;

3.3.17.Karrigën e punës;

3.3.18.Bocë për Krioterapi dhe

3.3.19.Elektrokauter monopolarë;

3.3.20.Kompjuter;

4.Dhoma për PUVA terapi:

4.1. Kabina për PUVA dhe ndaras;

4.2. PUVA për shputa dhe shuplaka;

4.3. Tavolina me karrige;

4.4 Tavolina lëvizëse;

4.5 Dollap për material;

5. Dhoma e ekzaminimit Mikroskopik:

5.1.Tavolina e punës;

5.2.Karrige;

5.3.Tavolinë për mikroskop;

5.4.Mikroskopi me materiale përcjellëse;

5.5.Llampa e Ëoodit.

6. Hapësirat për Dermatovenerologji qe duhet të kenë së paku 3 dhoma: dhomën për krioterapi/ 20 m², dy të tjetra me sipërfaqe të përgjithshme prej 30 m².

6.1. Secila dhomë duhet të ketë:

6.1.1.Tavolina pune;

6.1.2.Karrige të punës;

6.1.3.Shtrat ekzaminues;

6.1.4.Tavolinë lëvizëse;

6.1.5.Lupë-Lampë.

6.2.Pajisjet e veçanta dhe të domosdoshme për dhomat janë:

6.2.1 Bombola të Azotit;

6.2.3Aparaturë për avullime;

6.2.3 Mikrodermabrazion;

6.2.4 Laser.

7.Personeli për shërbimin e dermatovenerologjisë të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 47 **Shërbimi i Hemo-dializës**

1. Hapësira :

1.1.Hapësirën për dializë minimum 30m² për një vend për dializë;

1.2.Hapësirat të ndara për dializë për pacient me Hepatit B, C dhe HIV;

1.3.Hapësira për përgatitjen e ujit me osmozë kthyesë 16 m²;

1.4.Hapësira për përgatitjen e pacientit për dializë peritoneale 10 m²;

1.5.Hapësira për Dializë peritoneale duhet të jetë së paku 20 m².

2.Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët në hemodialize duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3. Pajisjet për shërbimin e dializës janë:

3.1 Aparate për dijalizë;

3.2 Aparat rezervë për dijalizë i veçant për të sëmurit me Hepatit dhe HIV;

3.3 Pajisje për përgatitjen e ujit i cili i përgjigjet standardeve të ujit për hemodijalizë;

3.4 EKG portabile;

3.5 Aspirator;

3.6 Defibrilator me monitor;

3.7 Sterilizator;

3.8 Komploti për reanimim;

3.9 Oksigjen;

3.10 Frigorifer;

3.11 Pajisje për përcaktimin e pasqyrës së gjakut dhe elektroliteve;

3.12 Peshore mekanike apo digitale;

3.13 Shtrat apo fotele për hemodijalizë.

4. Personeli për shërbimin e hemo-dializës të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 48 **Shërbimi i sëmundjeve ngjitëse**

1.Hapësirat:

1.1. hapësirën e veçantë për marrjen e materialeve për analiza laboratorike: 9m²;

1.2. dhomë izoluese me qasje të veçantë: 16m².

2.Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit për sëmundje ngjitëse duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3.Pajisja dhe inventari për shërbimin e sëmundjeve ngjitëse janë:

3.1 Aparatin e EKG-së;

3.2 Monitor për EKG, tension arterial, puls-oksimetër dhe kapnograf;

3.3. Negatoskopin;

3.4. Vakum aspiratori elektrik;

3.5. Pompë infusive;

3.6. Mikroskop binokular me ndriqim;

3.7. Llampë bactericide;

3.8. Defibrilator;

3.9. Pajisje për biopsinë e mëlqisë;

3.10. Karrocë për barëra;

3.11. Peshore me matës të lartësisë;

3.12. Pajisje për lavash të lukthit;

3.13. Pajisjen për punktion lumbal;

3.14. Pajisje për marrjen e materialit për analiza hematologjike, bakteriologjike, parazitologjike, citologjike dhe ekzaminime tjera.

4. Personeli për shërbimin e sëmundjeve ngjitëse të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 49 **Shërbimi i neurologjisë**

1. Hapësira:

1.1. Hapësirën e veçant për pajisjet EEG dhe EMG të izoluar akustikisht me hapësirë minimale prej 12 m².

2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të neurologjisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3. Pajisja dhe inventari për shërbimin e neurologjisë janë:

3.1 EEG paisja për elektroencefalografi;

3.2 EMG – paisja për elektromiografi;

3.3 Ultrazëri me dopler me sondë për ekzaminim të enëve të gjakut të qafës;

3.4 Reoencefalograf;

3.5 Ultrazëri kolor dopler me sondë për ekzaminim të enëve të gjakut të kokës-dopleri transkranial;

3.6 Vakum aspirator elektrik;

3.7 Aparat për inhalim dhe oksigjenoterapi;

3.8 Monitor për EKG, tension arterial dhe pulsoksimetër;

3.9 Elektro kardiograf trekanalësh;

3.10 Defibrilator;

3.11 Pompë infusive;

3.12 Karrocë për barëra;

3.13 Pirunin akustik për ekzaminim të ndjeshmërisë së vibracioneve;

3.15 Thjerrëz zmadhuese;

3.16 Bateri-llamp dore;

3.17 çekanin për refleksë;

3.18 Gjilpërën për testim;

3.19 Pajisjen për punktion lumbal;

3.20 Pajisjen për anestezi lokal dhe pajisjen për marrjen e materialit për ekzaminime mjekësore-biokimike, mikrobiologjike dhe citologjike;

3.21. rtoraiter;

3.22. Aparat për matjen e potencialit të evokuar;

3.23. lektroencefalograf;

4. Personeli për shërbimin neurologjisë të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 50 **Shërbimi i Psikiatrisë**

1. Hapësira:

1.1. Dyer dhe dritare me sistem të mbyllur dhe rezistente ndaj thyerjeve;

- 1.2. Hapësirë për punë me grupe të vogla prej së paku 20m² dhe hapësira për punë me grupe të mëdha në sipërfaqe prej së paku 30m²;
- 1.3. Në njësinë e psikiatrisë emergjente duhet siguruar së paku dy dhoma në sipërfaqe prej 12m² për destinim të veçantë, të mbikëqyrura, të monitoruara dhe të siguruara;
- 1.4. Hapësirën e veçantë për pajisjet EEG të izoluar akustikisht e\me me hapësirë minimale prej 12m²;
2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të psikiatrisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.
3. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e psikiatrisë janë:
 - 3.1 EKG;
 - 3.2 Aparat për përcaktimin e neuroleptikëve në lëngun indoor;
 - 3.3 EEG me Poligraf;
 - 3.4 EEG me potencial të evokuar;
 - 3.5 EEG portable-digjitale;
 - 3.6 Videosistem;
 - 3.7 Pajisje për përcaktimin e barërave dhe të substancave në indet e lëngëta;
 - 3.8 Respirator;
 - 3.9 Vakum-aspirator elektrik;
 - 3.10 Defibrilator;
 - 3.11 parat oksigjeni me pajisje.
4. Personeli për shërbimin e dermatovenerologjisë të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.
 - 4.1 Një (1) Psikolog klinik,
 - 4.2 Personel të aftësuar për siguri fizike për emergjenca dhe kujdes intensiv psikiatrik; ose dëshmi mbi kontraktimin e shërbimeve të sigurisë për këto shërbime.

Neni 51

Shërbimi i Pediatriisë

1. Hapësira:

- 1.1. Kuzhinën e qumështit me lavaman;

1.2. Kuzhinën demonstruese për edukim të nënave;

1.3. Hapësirën për nënat gjidhënëse;

1.4. Dhomën për lojë dhe qëndrim ditor të fëmijëve.

2. Njësinë e kujdesit intensiv me këto pajisje:

2.1 Monitor kardiopulmonar;

2.2 Dy sete komplete për reanimim neonatal duke përfshi laringoskopin;

2.3 Inkubator;

2.4 Një inkubator transportues;

2.5 Infratavolina-një stacionare në NICU;

2.6 Respirator neonatal (për PICU pediatri);

2.7 Pompa infusive;

2.8 Puls oksimetër;

2.9 Peshore;

2.10 Glikometër;

2.11 Qasje në gazra medicinale (oksigen, ajr dhe respirator);

2.12 Sistem i veçantë i ngrohjes;

2.13 Termometër për matjen e temperaturës së dhomës;

2.14 Termometër për bebe;

2.15 Karige për nanat;

2.16 Tavolinë pune për foshnje;

2.17 Frigorifer;

2.18 Oftalmoskop;

2.19 Otoskop;

2.20 Inhalator

3. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të pediatrikës duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

- 4. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e pediatriisë:
 - 4.1 Aparat për EKG,
 - 4.2 Monitor për EKG, tension arterial, puls me oksimetër dhe kapnograf;
 - 4.3 Pompë infusive;
 - 4.4 Vakum aspirator elektrik;
 - 4.5 Analizator gazrash;
 - 4.6 Puls oksimetër;
 - 4.7 Llambë për fototerapi;
 - 4.8 Inkubator për kujdes standard;
 - 4.9 Defibrilator për fëmijë;
 - 4.10 Burim i oksigjenit me pajisje;
 - 4.11 Pajisje për intervenime të vogla kirurgjike;
 - 4.12 Karrocë për barëra;
 - 4.13 Kompletin e tubusave për intubim për fëmijë;
 - 4.14 Shtrat me ngrohës për fëmijë;
 - 4.14 Manzheta dimensionesh të ndryshme, për matjen e të tension arterial;
 - 4.15 Mbajtëse për infuzione;
 - 4.16 Shtrat për të sëmurë të mëdhenj;
 - 4.17 Shtrat për të sëmurë të vegjël;
 - 4.19 Inkubator fiks;
 - 4.20 Inkubator portabil për transport;
 - 4.21 Tavolinë për mbështjelljen e foshnjës;
 - 4.22 Stetoskopin e përshtatshëm për fëmijë;
 - 4.23 Peshoren për foshnje, me matës të gjatësisë;
 - 4.24 Peshoren për fëmijë më të rritur me matësin të gjatësisë;

4.25 Otoskopin;

4.26 Oftalmoskopin;

4.27 Sisteme bebi e për dhënien e infuzioneve;

4.28 Negatoskop;

4.29 Aparat për dhënie të oksigjenit dhe bombole me oksigjen.

5. Personeli për shërbimin e pediatriisë të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 52

Shërbimi i Gjinekologjisë me Obstetrikë

1. Hapësira :

1.1 Para lindoren;

1.2 Lindoren;

1.3 Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialitike për pacientët e shërbimit të Gjinekologjisë me Obstetrikë të duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ;

1.4 Njësinë e kujdesit intensiv neonatal me pajisje përkatëse;

1.5 Të ketë sallën operative si në nenin 54 paragrafi 1.1 të këtij udhëzimi administrativ. Salla operative duhet të ketë edhe këto pajisje:

1.5.1 Paisjet shtesë për tavolina operative për intervenime gjinekologjike dhe obstetrike;

1.5.2 Embrioskop;

1.5.3 Ngrohës gjaku;

1.5.4 Histeroskop me pajisjet përcjellëse;

1.5.5 Burim drite për instrumentet endoskopike;

1.5.6 Laser me shtesat për operime endoskopike;

1.5.7 Llupa operative;

1.5.8 Seti për ndërhyrje mikrokirurgjike;

1.5.9 Mikroskop operativ;

1.5.10 Aparat ultrasonik për pastrim të instrumenteve;

1.5.11 Puls-oksimetër;

1.5.12 Tuboskopi;

2. Ambulanca specialistike duhet të ketë edhe këto pajisje:

2.1 Tavolinë gjinekologjike;

2.2 Reflektor;

2.3 Kolposkop;

2.4 Aparat për inhalim dhe oksigjenoterapi;

2.5 Dyshkallësh;

2.6 Katetër urinar për një përdorim madhësish të ndryshme;

2.7 Spekulum vagjinal;

2.8 Pinca dhëmbëzuese për qafën e mitrës;

2.9 Instrumente për kryerjen e intervenimeve të vogla kirurgjike-gjinekologjike, vetëm me anestezi lokal;

2.11 Dilatator (HEGAR);

2.12 Kireta gjinekologjike;

2.13 Peshore, me metër pëlhure;

2.14 Irigator;

2.15 Gjilpërmbytës;

2.16 Gjilpëra dhe penjë kirurgjik;

2.17 Gërshërë kirurgjike;

2.18 Skalperë;

2.20 Kompresa;

2.21 Shtrat për vizita obstetrike;

2.22 Burim drite artificial për ekzaminim;

2.23 Mikroskop;

2.24 Pajisje për marrjen e strishove vagjinale dhe cervikale;

2.25 Pajisjen për anestezion local;

2.26 Pelvimetër;

2.27 Fetoskop;

2.28 Pajisjen për marrjen e strishos sipas papanikollaut dhe përcaktimit të shkallës së pastërtisë së gruas shtatëzënë;

2.29 Pajisjen për fiksimit dhe dërgim të materialit në ekzaminim citologjik;

2.30 kapse për biopsi;

2.31 Pajisje për dërgim të materialit biopik në laborator;

2.32 Pajisjen për marrjen e materialit për analiza citologjike, hematologjike, biokimike dhe mikrobiologjike me sistem të mbyllur.

3. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e gjinekologjisë me obstetrikë:

3.1 Sallën operative me pajisje të parapara si në nenin 54 paragrafi 1.1 të këtij UA;

3.2 Salla operative për gjinekologji dhe obstetrikë duhet të ketë edhe:

3.2.1 Pajisjet shtesë për shtratin kirurgjikal për intervenime gjinekologjike dhe obstetrike;

3.2.2 Embrioskop;

3.2.3 Ngrohës gjaku;

3.2.4 Histeroskop me pajisjet përcjellëse;

3.2.5 Burim drite për instrumentet endoskopike;

3.2.6 Laser me shtesat për operime endoskopike;

3.2.7 Llupa operative;

3.2.8 Seti për ndërhyrje mikrokirurgjike;

3.2.11 Aparat ultrasonik për pastrim të instrumenteve;

3.2.12 Puls-oksimetër;

3.2.13 Tuboskopi;

3.2.14 Termos-transporter qelizor.

3.3 Në sallën e lindjes për shërbimin e gjinekologjisë me obstetrikë duhet të ketë:

- 3.3.1 Tavolinën për lindje;
- 3.3.2 Reflektor me mbajtës;
- 3.3.3 Monitor për EKG,TA dhe puls;
- 3.3.4 Kardiotokograf;
- 3.3.5 Tavolinë për reanimim të porsalindurit me pajisje;
- 3.3.6 Vakum aspirator elektrik;
- 3.3.7 Vakum ekstrator;
- 3.3.8 Komplet të forcepsave;
- 3.3.9 Llamba bactericide;
- 3.3.10 Aparati me oksigjen me pajisje;
- 3.3.11 Instrumentariumin për ekzaminim gjinekologjik dhe ekzaminimin të shtatzënave;
- 3.3.12 Kolposkop;
- 3.3.14 Mikroskop;
- 3.3.15 Amnioskop;
- 3.3.16 Intrumentarium për HSG;
- 3.3.17 Instrumente për ndërhyrje të vogla gjinekologjike dhe elektrokauter;
- 3.3.18 Pajisjen për lindje normale;
- 3.3.19 Instrumentariumin për kryerje operative të lindjeve anormale dhe patologjike;
- 3.3.20 Vakum aspiratori;
- 3.3.21 Instrumentariumim për laparatomy dhe për operacione vagjinale më të mëdha;
- 3.3.22 Aparatin për anestezion intratrakeal;
- 3.3.23 Kardiotokograf dhe detektor të rrahurave të zemrës së frytit.

3.4 Pajisjet shitesë për gjinekologji, infertilitet dhe endokrinologji:

- 3.4.1 Aparat ultrazëri kolor Dopler me sonda për ekzaminim të organeve uro-gjenitale;
- 3.4.2 Aparat për distilim dhe redistilim të ujit;

- 3.4.3 Aparat për krioperservim të gametave dhe të embrionit;
- 3.4.4 Aparat për osmozë rezerve me zbutës;
- 3.4.5 Pajise për pastrim të pipetave dhe aparaturës tjetër;
- 3.4.6 Centrifugë me 3.000 rrotullime/min;
- 3.4.7 Ngrirës-frigorifer;
- 3.4.8 Numërues të spermatozoideve;
- 3.4.9 Inkubator tavoline;
- 3.4.10 Inkubator për kultivimin e qelizave seksuale dhe embrioneve;
- 3.4.11 Kthina për punë sterile;
- 3.4.12 Mikromanipulues për injektim intracitoplazmatike;
- 3.4.13 Mikroskop invert;
- 3.4.14 Mikroskop me viedo-pajisje;
- 3.4.15 Negatoskop;
- 3.4.16 Pajisje në formë revoleve për tharje të pipetave dhe aparaturës tjetër;
- 3.4.17 Pompa për aspirim të ovociteve;
- 3.4.18 Rregullues të qarkullimit të dioksidit të karbonit;
- 3.4.19 Aparat rëntgeni me monitor për histerosalpingografi;
- 3.4.20 Peshojë analitike;
- 3.4.21 Numërues elektronik i spermatozoideve;
- 3.4.22 Seti për inseminim intrauterin;
- 3.4.23 Setet për embriotransfer;
- 3.4.25 Komplet i optikës.

3.5 Hapësira për reanimim dhe trajtim të posalindurve:

- 3.5.1 Peshorja për matjen e të porsalindurit;
- 3.5.2 Vaskë për larjen e të porsalindurit;

- 3.5.3 Vakum aspirator elektrik;
- 3.5.4 Pompë infusive;
- 3.5.5 Pehametër digjital;
- 3.5.6 Pajisjen për reanimim dhe trajtim të posalindurit;
- 3.5.7 Inkubator transporti;
- 3.5.8 Inkubator për premature;
- 3.5.9 Inkubator për kujdes standard;
- 3.5.10 Shtrat për të posalindurit;
- 3.5.11 karrocë për transportimin e të posalindurit.

4. Personeli i njësisë obstetrike duhet të sigurojë në vazhdimësi shërbime 24 orë:

5. Personeli për shërbimin e gjinekologjisë me obstetrikë të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

5.1 Një (1) pediatër-neonatolog ose neonatolog;

6. Njësia për Fertilizimin e Asistuar Mjekësor i nënshtrohet kushteve hapësinore të legjislacionit në fuqi.

6.1 Dhoma për marrjen e materialit biologjik 9 m².

6.2 Andrologjia 16 m².

6.3 Embriologjia 20 m²

6.4 Salla operative sipas nenit neni 54 paragrafi 1.1 me pajisjet e nevojshme për transferimin e qelizave dhe embrioneve.

7. Pajisja dhe inventari për njësinë e FAM duhet të jenë:

- 7.1 Inkubator i madh andrologjik;
- 7.2 Inkubator i vogël andrologjik;
- 7.3 Mikroskopi me mikromanipulator;
- 7.4 Laminar floë;
- 7.5 Mikroskop i thjeshtë;

7.6 Bombola për ngrirje;

7.7 Paisjet për ngrirje;

7.8 Paisjet ndihmëse (gjilpëra për aspirim, katetra për transfer etj).

8. Personeli për FAM i nënshtrohet legjislacionit në fuqi.

Neni 53 **Shërbimi i Gjinekologji, Infertilitet dhe Endokrinologji -FAM**

1. Hapësira:

1.1. Dhoma e Pranimit 12 m;

1.2. Dhoma për konsultime 12m;

1.3. Hapësira për dhënjene e mostrës-ejakulatit 4m;

1.4. Hapësira për marrjene egelizave 16 m.

2. Pajisjet:

2.1 Ngrohës gjaku;

2.2 Histeroskop me pajisjet përcjellëse;

2.3 Burim drite për instrumentet endoskopike;

2.4 Laser me shtesat për operime endoskopike;

2.5 Llupa operative;

2.6 Seti për ndërhyrje mikrokirurgjike;

2.7 Mikroskop operativ;

2.8 Aparat lëvizës rëntgeni,*

2.9 Aparat ultrasonik për pastrim të instrumenteve;

2.10 Puls-oksimetër;

2.11 Tuboskopi;

2.12 Termos-transporter qelizor.

3. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të gjinekologjisë, infertilitet dhe endokrinologji-FAM duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

4. Ambulanca specialistike duhet të ketë edhe këto pajisje:

- 4.1 Tavolinë gjinekologjike;
- 4.2 Reflektor;
- 4.3 Kolposkop;
- 4.4 Aparat për inhalim dhe oksigjenoterapi;
- 4.5 Dyshkallësh;
- 4.6 Katetër urinar për një përdorim madhësish të ndryshme;
- 4.7 Spekulum vagjinal;
- 4.8 Pinca dhëmbëzuese për qafën e mitrës;
- 4.9 Instrumente për kryerjen e intervenimeve të vogla kirurgjike-gjinekologjike, vetëm me anestezi lokal;
- 4.10 Stetoskop druri;
- 4.11 Dilatator (HEGAR);
- 4.12 Kireta gjinekologjike;
- 4.13 Peshore, me metër pëlhure;
- 4.14 Irigator;
- 4.15 Gjilpërmbytës;
- 4.16 Gjilpëra dhe penj kirurgjik;
- 4.17 Gërshërë kirurgjike;
- 4.18 Skalperë;
- 4.19 Kompresa;
- 4.20 Shtrat për vizita obstetrike;
- 4.21 Burim drite artificial për ekzaminim;
- 4.22 Mikroskop;
- 4.23 Pajisje për marrjen e strishove vagjinale dhe cervikale;
- 4.24 Pajisjen për anestezi lokal;

4.25 Pelvimetër;

4.26 Fetoskop;

4.27 Pajisjen për marrjen e strishos sipas papanikollaut dhe përcaktimit të shkallës së pastërtisë së gruas shtatëzënë;

4.28 Pajisjen për fiksimit dhe dërgim të materialit në ekzaminim citologjik;

4.29 Kapse për biopsi;

4.30 Pajisje për dërgim të materialit biptik në laborator;

4.31 Pajisjen për marrjen e materialit për analiza citologjike, hematologjike, biokimike dhe mikrobiologjike me sistem të mbyllur;

4.32 Embrioskop;

4.33 Ngrohës gjaku;

4.34 Histeroskop me pajisjet përcjellëse;

4.35 Burim drite për instrumentet endoskopike;

4.36 Laser me shtesat për operime endoskopike;

4.37 Llupa operative;

4.38 Seti për ndërhyrje mikrokirurgjike;

4.39 Mikroskop operativ;

4.40 Aparat lëvizës rëntgeni;

4.41 Aparat ultrasonik për pastrim të instrumenteve;

4.42 Puls-oksimetër;

4.43 Tuboskopi;

4.44 Termos-transporter qelizor.

5. Pajisjet Specifike për gjinekologji, infertilitet dhe endokrinologji:

5.1 Aparat ultrazëri;

5.2 Aparat ultrazëri kolor Dopler me sonda për ekzaminim të organeve uro-gjenitale;

5.3 Aparat për distilim dhe redistilim të ujit;

- 5.4 Aparat për krioperservim të gametave dhe të embrionit;
- 5.5 Aparat për osmozë rezerve me zbutës,*
- 5.6 Pajise për pastrim të pipetave dhe aparaturës tjetër;
- 5.7 Centrifugë me 3.000 rrotullime/min;
- 5.8 Ngrirës-frigorifer;
- 5.9 Numërues të spermatozoideve;
- 5.10 Inkubator tavoline;
- 5.11 Inkubator për kultivimin e qelizave seksuale dhe embrioneve;
- 5.12 Kthina për punë sterile;
- 5.13 Mikromanipulues për injektim intracitoplazmatike;
- 5.14 Mikroskop invert;
- 5.15 Mikroskop me viedo-pajisje;
- 5.16 Negatoskop;
- 5.17 Pajisje në formë revoleje për tharje të pipetave dhe aparaturës tjetër;
- 5.18 Pompa për aspirim të ovociteve;
- 5.19 Rregullues të qarkullimit të dioksidit të karbonit;
- 5.20 Aparat rëntgeni me monitor për histerosalpingografi,*
- 5.21 Peshojë analitike;
- 5.22 Seti për inseminim intrauterin
- 5.23 Setet për embriotransfer;
- 5.24 Komplet i optikës.

6. Fertilizimi i Asistuar Mjekësor i nënshtrohet kushteve hapësinore të këtij udhëzimi administrativ dhe udhëzimi administrativ 06/2013 me këto pjesë përbërëse:

- 6.1 Dhoma për marrjen e materialit biologjik 9 m²
- 6.2 Andrologjia 16 m²

6.3 Embriologjia 20 m²

6.4 Salla me pajisjet e nevojshme për transferimin e qelizave dhe embrioneve.

7. Pajisja dhe inventari për shërbimin e FAM duhet të jenë:

- 7.1. Inkubator i madh andrologjik;
- 7.2. Inkubator i vogël andrologjik;
- 7.3. Mikroskopi me mikromanipulator;
- 7.4. Laminar floë;
- 7.5. Mikroskop i thjeshtë;
- 7.6. Bombola për ngrirje;
- 7.7. Pajisjet për ngrirje;
- 7.8. Pajisjet ndihmëse (gjylypëra për aspirim, katetra për transfer etj);

8. Personeli për shërbimin e gjinekologjisë Infertilitet dhe Endokrinologji -FAM duhet të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

9. Personeli për FAM i nënshtrohet kushteve të UA 06/2013.

Neni 54 **Shërbimi i kirurgjisë**

1. Hapësira:

- 1.1. Dy (2) salla të operacionit;
- 1.2. Klimatizim dhe ventilim me hepafiltera, aspirim, oksigjenim qendror, ajër mjekësor qendror;
- 1.3. Dhoma e veshjes;
- 1.4. Hapësira për ruajtjen e instrumenteve dhe furnizimeve sterile;
- 1.5. Hapësira për larje të duarve para operacionit;
- 1.6. Hapësira për pastrim-përgatitje pre-operatore të pacientit;
- 1.7. Hapësira për barela me rrota, barelë;
- 1.8. Hapësirat për intervenime të vogla dhe për endoskopi.

2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të kirurgjisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3.Pajisjet dhe inventari për shërbimin e kirurgjisë:

3.1.Pajisja dhe inventari për shërbimin kirurgjisë dhe sallave të operacionit duhet të jenë:

- 3.1.1 Tavolinë kirurgjike me pjesët percjellëse;
- 3.1.2 Llamba ndriçuese operative;
- 3.1.3 Elektroauter;
- 3.1.4 Paisje endoskopike / laparoskopike;
- 3.1.5 Aspirator të fushës operative;
- 3.1.6 Burimi i oksigjenit;
- 3.1.7 Kompleti i laringoskopëve;
- 3.1.8 Ambu-balon me maskë;
- 3.1.9 Stetoskopi, tensimetri, puls-oksimetër;
- 3.1.10 Aspiratori;
- 3.1.11 Barërat për premedikim mjekësor, për anestezi të përgjithshme, për anestezi lokal dhe regjional;
- 3.1.12 Barërat për reanimim;
- 3.1.13 Lidhëse;
- 3.1.14 Kanila intravenoze të madhësive të ndryshme;
- 3.1.15 Sete për infuzion;
- 3.1.16 Gjilpëra për anestezi regjional;
- 3.1.17 Katetera aspirativ;
- 3.1.18 Tubusa endotraheal, gjithashtu duhet të ketë edhe dy komplete të instrumenteve kirurgjike dhe pajisje tekniko mjekësore për ndërhyrje themelore varësisht nga specializimi apo subspecializimi përkatës;
- 3.1.19 Monitor për EKG, TA tension arterial dhe puls me oksimetër dhe kapnograf;
- 3.1.20 Aparat për anestezi me ventilim automatik të mushkërive, aspirim dhe kapnografi;
- 3.1.21 Defibrilator;

- 3.1.22 Aparat röntgeni portabël me ekran;
- 3.1.23 Negatoskop;
- 3.1.24 Pajisje për kateterizim venoz qendror;
- 3.1.25 Pajisje për intubim endotraheal;
- 3.1.26 Llampë operationale me përforcues;
- 3.1.27 Tavolinë për instrumente;
- 3.1.28 Karrocë për instrumente.

3.2 Pajisja hapësirat për intervenime të vogla dhe për endoskopi duhet të jenë:

- 3.2.1 Tavolinë për intervenime të vogla kirurgjike;
- 3.2.2 Llambë lëvizëse;
- 3.2.3 Vakum aspirator elektrik;
- 3.2.4 Karrocë për transportimin e të sëmurëve të shtrirë;
- 3.2.5 Dyshkallësh;
- 3.2.6 Pajisjet për Endoskopi;
- 3.2.7 Pinceta kirurgjike dhe anatomike;
- 3.2.8 Skalperë;
- 3.2.9 Gërshërë kirurgjike;
- 3.2.10 Gjilpëra kirurgjike dhe penj;
- 3.2.11 Mbajtës të gjilpërës;
- 3.2.12 Pajisje për kryerjen e intervenimeve kirurgjike të vogla me anestezion lokal;
- 3.2.13 Sonda;
- 3.2.14 Kateter;
- 3.2.15 Pajisje për punkcion dhe bllokadë lokale;
- 3.2.16 Pajisje për anestezion lokal;
- 3.2.17 Aspirator;

3.2.18Mbajtës të gjuhës;

3.2.19 Mbajtësin e infuzionit;

3.2.20Aparatin për dhënie të oksigjenit me bombole të oksigjenit;

3.2.21Setet për infuzione;

3.2.22Pajisje për marrjen e materialit për analiza citologjike, hematologjike, biokimike dhe mikrobiologjike- me sistem të mbyllur.

4. Personeli për shërbimin e kirurgjisë përveç personelit të paraparë në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ, duhet të ketë edhe:

4.1.Një (1) infermier për instrumente në një tavolinë operative për shërbim 24h;

4.2.Një (1) personel ndihmës për asistim në sallë;

4.3.Një (1) infermier për anestezië,

4.4.Një (1) Fizioterapeut.

Neni 55 **Shërbimi i kardiokirurgjisë**

1. Hapësira:

1.1Salla operative sipas Nenit 65 të këtij udhëzimi administrativ;

2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialitike për pacientët e shërbimit të kardiokirurgjisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

2.1Pajisjet shtesë për sallën operative të kardiokirurgjisë:

2.1.1Komplet të instrumenteve për kardiokirurgji (set për operime adulte, pediatrike dhe neonatale);

2.1.2Sternotom elektrik;

2.1.3Llamp frontale;

2.1.4Rentgen aparat portabl;

2.1.5ngrohës gjaku;

2.1.6Frigorifer;

2.1.7Aparat për qarkullim jashtë trupor të gjakut;

2.1.8Defibrilator;

2.1.9Fibrilator;

2.1.10Elektrokauter;

2.1.11EKG portabël me puls-oksimetër;

2.1.12Monitor për pacient, multiparameter (EKG, puls-oksimetër, TA;

2.1.13Pompa infusive;

2.1.14Shiringa infusive;

2.1.15Shkëmbyes temperature (heater/cooler exchanger) dhe batanija e tavolines operative (blanket);

2.1.16 Negatoskop;

2.1.17Njesia per Vakum-suction (Vacuum suction unit);

2.1.18 ECHO aparati me probe transtorakale, transezofageale dhe lineare;

2.1.19Oksimeter me probadermale;

2.1.20 Pace-maker të përkohshëm;

2.1.21Sistem të ndarë sterilizimi.

2.2 Njësi të veçantë për kujdes intenziv kardiokirurgjik me më së paku 4 shtretër sipas kushteve të parapara me Nenin 65 mbi Shërbimin e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv.

3.Personeli për shërbimin e kardiokirurgjisë të jetë në përputhje me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 56

Shërbimi i otorinolaringologjisë

1.Hapësira:

1.1 Dhomë për ndërhyrje të vogla operative sipas nenit 65 paragrafi 3, nenparagrafi 3.2 të këtij udhëzimi administrativ.

1.2 Sallë operative si në nenin 54, paragrafi 1 dhe 3 të këtij udhëzimi administrativ.

2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të otorinolaringologjisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3.Pajisjet dhe inventari për shërbimin e otorinolaringologjisë:

3.1 Instrumentet për ekzaminim otorinolaringologjik janë:

- 3.1.1.Audiometër;
- 3.1.2.Laringoskop;
- 3.1.3 Timpanometër;
- 3.1.4 Mikroskop;
- 3.1.5 Komplet për mikrolaringoskopi;
- 3.1.6 Komplet për laringoskopi direkt;
- 3.1.7 Direktoskop për të rritur të Jeksonit;
- 3.1.8 Direktoskop për të vegjël të Jeksonit;
- 3.1.10 Sinusoskop;
- 3.1.11 Ototimpanoskop me ndriçim të ftohët;
- 3.1.12 Rinoendoskop;
- 3.1.13 Komplet traheobronkoskopik për diagnostifikim dhe heqjen e trupave të huaj te të rriturit;
- 3.1.14 Komplet traheobronkoskopik për diagnostifikim dhe heqjen e trupave të huaj te të vegjëlit;
- 3.1.15 Audimetër klinik;
- 3.1.16 Aparat për prodhimin e dritës së ftohët;
- 3.1.17lektromotor mikrokirurgjik;
- 3.1.18lambë bactericide;
- 3.1.19omorë e shurdhët për audimetri;
- 3.1.20Lupa operationale binokulare me ndriqim të ftohët;
- 3.1.21Rinoterm;
- 3.1.22Pompa infusive;
- 3.1.23Elektrokardiograf;
- 3.1.24Karrocë për barëra;
- 3.1.25Kompletin e instrumenteve për ORL-së;

- 3.1.26 Kompletin me instrumente kirurgjike për kryerjen e intervenimeve të vogla kirurgjike, në lëmin e ORL-së -vetëm me anestezion lokal;
- 3.1.27 Pirun akustik për ekzaminim të vibracioneve;
- 3.1.28 Pajisje për marrjen e materialit për analiza citologjike,
- 3.1.29 Spekulume për hundë dhe veshë;
- 3.1.30 Otoskop;
- 3.1.31 Pasqyrë për ekzaminim të laringut;
- 3.1.32 Llupë;
- 3.1.33 Shiringë për shpëlarje të veshit;
- 3.1.34 Pajisje për heqje të trupave të huaj nga hunda dhe veshi;
- 3.1.35 Lanceta për paracentezë;
- 3.1.36 Gërshërë kirurgjike;
- 3.1.37 Skalperë;
- 3.1.38 Aspirator;
- 3.1.39 Instrumentarium për marrjen e materialit për biopsi;
- 3.1.40 Pajisje për marrje të strishos së hundës, veshit dhe grykës;
- 3.1.41 Inhalator;
- 3.1.42 Mbajtësin e gjuhës;
- 3.1.43 Komplet për ekzaminim të aftësisë së shqisës së nuhatjes;
- 3.1.44 Pajisjet shtesë për tavolinën kirurgjikale për intervenime të ORL;
- 3.1.45 Llambën operationale me mekanizëm lëvizës;
- 3.1.46 Aparat për diatermi monopolare dhe bipolar;
- 3.1.47 Mikroskop operacional për ORL;

4. Personeli për shërbimin e otorinolaringologjisë përveç personelit të paraparë në nenin 23, duhet të ketë edhe:

4.1 Një (1) logoped.

Neni 57

Shërbimi i oftalmologjisë

1. Hapësira:

- 1.1. Dhomën për ndërhyrje të vogla operative sipas nenit 54 paragrafi 3 nenparagrafi 3.2 të këtij udhëzimi administrativ;
- 1.2. Sallën operative sipas nenit 54 paragrafi 1 dhe 3, dhe pajisjes shtesë për intervenime oftalmologjike;
- 1.3. Hapësirën e errët për ekzaminim të fundusit së syrit dhe keratometër.

2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të oftalmologjike duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e oftalmologjisë duhet të jenë:

- 3.1 Reflektor me mbajtëse;
- 3.2 Biomikroskopi me tonometri aplanacioni;
- 3.3 Pajisja për përcaktim të dioptrisë;
- 3.4 Pajisja për thjerrëza kontakti;
- 3.5 Tabelat për ekzaminim të mprehtësisë së të pamurit dhe ngjyrave;
- 3.6 Tavolinën për intervenime të vogla kirurgjike;
- 3.7 Magnetin për heqjen e trupave të huaj nga syri;
- 3.8 Shkopza të qelqtë për sy;
- 3.9 Skijaskop;
- 3.10 Tonometri sipas Schiozit ose tonometri aplanativ;
- 3.11 Thjerrzën zmadhuese;
- 3.12 Pajisjen për shpëlarjen e syrit;
- 3.13 Keratometri sipas Zhavell;
- 3.14 Perimetër sipas Goldman;
- 3.15 Ortorajteri;
- 3.16 Sinoptofori;

- 3.17 Oftalmoskopi indirekt me llupën;
- 3.18 Refraktometri;
- 3.19 Karroca për barëra;
- 3.20 Mikroskopi operativ;
- 3.21 Pompa infusive;
- 3.22 Paisjet shtesë për tavolinën kirurgjikale për intervenime të oftalmologjike.

4. Personeli për shërbimin e oftalmologjisë si në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 58

Shërbimi i Ortopedisë

1. Hapësira:

- 1.1 Salla për ndërhyrje të vogla operative sipas nenit 54 paragrafi 3, nën paragrafi 3.2 të këtij udhëzimi administrativ,
- 1.2 Sallën operative sipas nenit 54, paragrafi 1 dhe 3 të këtij udhëzimi administrativ,
- 1.3 Hapësirën për vënie dhe heqje të imobilizimit dhe për marrjen e masës dhe provës së teknikës ortopedike.
- 1.4 Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të ortopedisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

2. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e ortopedisë:

- 2.1 Llamba lëvizëse;
- 2.2 Karroca për transportimin e pacientit;
- 2.3 Komplet i për imobilizim;
- 2.4 Pajisja për gipsin;
- 2.5 Tavolina speciale për gipsin;
- 2.6 Kompletin me instrumente kirurgjike për kryerjen e intervenimeve të vogla;
- 2.7 Pajisjen për anestezion lokal;
- 2.8 Negatoskopin;
- 2.9 Pinceta anatomike dhe kirurgjike,

- 2.10 Skalperë dhe gërshërë kirurgjike,
- 2.11 Gjilpëra kirurgjike dhe penj,
- 2.12 Mbajtës gjilpërash,
- 2.13 Dorëza kirurgjike,
- 2.14 Pajisjen për matje ortopedike,
- 2.15 Pajisjen për punkcion dhe bllokadë lokale,
- 2.16 Pajisje për marrjen e materialit për analiza citologjike,
- 2.17 Pajisjen për vendosjen dhe heqjen e gipsit,
- 2.18 Splinta të dimensioneve të ndryshme;
- 2.19 Paisjet shtesë për tavolinën kirurgjikale për intervenime ortopedike (paisjet e ekstenzionit);
- 2.20 Pajisje për prerje të metaleve;
- 2.21 Pajisje për artroskopi;
- 2.22 Frigorifer për bankën oseale ashterore;
- 2.23 Shpuese me motor;
- 2.24 Pajisje për mprehje të instrumenteve;
- 2.25 Sharrë motorike,omplet për intervenime operative në eshtra.

3. Personeli për shërbimin e ortopedisë përveç personelit të paraparë me nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ duhet të ketë edhe:

3.1.Një (1) Fizioterapeut .

Neni 59 **Shërbimi i Urologjisë**

1. Hapësira:

1.1 Salla për ndërhyrje të vogla operative sipas nenit 54 paragrafi 3 nenparagrafi 3.2 të këtij udhëzimi administrativ;

1.2 Sallën operative sipas nenit 54, paragrafi 1 dhe 3 të këtij udhëzimi administrativ.

2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të urologjisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e urologjisë:

- 3.1 Komplet i instrumenteve për ekzaminime urologjike;
- 3.2 Cistoskopi me burim drite të vetin;
- 3.3 Cistoskop me resektoskop;
- 3.4 Uretroskopi;
- 3.5 Paisje për ureterorenoskopi;
- 3.6 EKG;
- 3.7 Pompë infuzive;
- 3.8 Katetër urinar të madhësive të ndryshme;
- 3.9 Pajisje për punktion të fshikëzës urinare;
- 3.10 Negatoskop;
- 3.11 Pajisje për marrjen e materialit për analiza biokimike mjekësore, mikrobiologjike dhe citologjike;
- 3.12 Cistoskop operativ me elektrorektor;
- 3.13 Paisjet shtesë për tavolinën kirurgjikale për intervenime urologjike.

4. Personeli për shërbimin e urologjisë duhet të jenë sipas nenit 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 60 **Shërbimi i neurokirurgjisë**

1. Hapësira:

- 1.1 Hapësirën për procedura të ndryshme diagnostike dhe terapeutike neuro-kirurgjike;
- 1.2 Sallën operative sipas nenit 54, paragrafi 1 dhe 3 të këtij udhëzimi administrativ.

2. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të neurokirurgjisë duhet të jenë sipas 42.

3. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e neurokirurgjisë:

- 3.1. Mikroskop operativ me TV e video sistem;
- 3.2. Vakum aspiratori elektrik;
- 3.3. Aparat për diatermi;

- 3.4. Frezë, vija motorike për kraniotomi;
- 3.5. Karrige me ngritje e ulje automatike;
- 3.6. Trepan, vija motorike për kraniotomi;
- 3.7. Aparat për rezistencën respiratorë, inhalim dhe oksigjenoterapi;
- 3.8. Pompe infuzive;
- 3.9. Aparat për hipotermi;
- 3.10. Antidekubitori;
- 3.11. Analizator gaserash;
- 3.12. Respirator për transportin e te sëmurit;
- 3.13. Mbajtësit special te kokes (Mayfield);
- 3.14. Aspirator kirurgjik ultrasonik;
- 3.15. Aparat për ultrasonografi cerebrale intraoperative;
- 3.16. Aparat portabil rëntgeni;
- 3.17. Seti për epiduroskopi dhe trajtim te sindromit doloroz epidural;
- 3.18. Respirator;
- 3.19. Peshore për matjen e peshës trupore te pacientit;
- 3.20. Kompletet për operimet standarde dhe mikrokirurgjike.

4. Personeli për shërbimin e neurokirurgjisë si në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 61

Shërbimi i Onkologjisë me radioterapi

1. Hapësira:

1.1 Hapësirën për përgatitjen e ilaçeve për përdorim në procedura të kimioterapisë onkologjike.

2. Hapësirën për aplikimin e hemoterapisë.

3. Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientët e shërbimit të onkologjisë duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

4. Aplikimi i terapisë me rreze duhet të jetë në harmoni me nenet 31, 32, 33, 34, 35 dhe 36 të këtij

udhëzimi administrativ.

5. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e onkologjisë:

5.1 Pajisjet dhe inventari për repartin e Kimioterapisë:

5.1.1 Kariga për paciente për marrjen e kimioterapise.

5.1.2 Infuziomata ;

5.1.3 Bombola të oksigjenit

5.1.4 Tensiometra;

5.1.5 Termometra;

5.1.6 Aparati për EKG;

5.1.7 Monitor për përcjelljen e organeve vitale;

5.1.8 Pajisje për reanimim;

5.1.9 Pajisje për matjen e saturimit të oksigjenit;

5.1.10 Kutia për antishok terapi;

5.1.11 Shpatullat për një përdorim për ekzaminim të fytit;

5.1.12 Pajisjet për punksion;

5.1.13 Kateter urinar të madhësive të ndryshme;

5.1.14 Pajisjet dhe inventari për dhomen e mjekut: Një kompjuter me printer, dollapi metalik, një tavolinë për mjek, një tavolinë për infermiere, karrige për mjek dhe infermiere.

5.2 Pajisjet dhe inventari për repartin e Radioterapisë:

5.2.1 Akceleratori;

5.2.2 CT simulatori;

5.2.3 Aparatura për dozimetri ditore;

5.2.4 Fantomat;

5.2.5 Bombola të oksigjenit.

5.3. Pajisjet dhe inventari për repartin e Brahiterapisë:

5.3.1 Aparatura për brahiterapi;

5.3.2 Kariga gjinekologjike për ekzaminim të pacientit;

5.3.3 Shtrati për aplikimin e brahiterapisë;

5.3.4 Reflektori;

5.3.5 Autoklavi;

5.3.6 Spekulum;

5.3.7 Dilatator;

5.3.8 Përparset me plumb 5 cm;

5.3.9 Dorëza, syza, kapela mbrojtëse;

5.3.10 Kalaqe.

5. Personeli për onkologji me radioterapi si në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 62 **Shërbimi i kirurgjisë orale**

1. Hapësira të punës për shërbimin e kirurgjisë orale:

1.1 Ordinancën për punë të përditshme 20 m²,

1.2 Hapësira për përgatitjen e personelit dhe reanimacionin e pacientëve 20m²,

1.3 Sallën për intervenime kirurgjikale 25 m²,

1.4 Hapësirën për sterilizim,

1.5 Pritoren me hapësirën para operative 30m²,

1.6 Hapësirën për röntgen 12m².

2. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e kirurgjisë orale janë:

2.1 Komplet i kirurgji orale,

2.2 Gërshërë,

2.3 Kireta,

2.4 Sonda terapeutike dhe diagnostike,

2.5 Mbajtës skallperi,

- 2.6 Peana,
- 2.7 Pinceta kirurgjike,
- 2.8 Pinceta anatomike,
- 2.9 Mbajtës gjilpëre,
- 2.10 Shiringë për shpëlarje,
- 2.11 Antishok,
- 2.12 oksiduli i azotit.
- 2.13 Pajisjet për sallën e kirurgjisë orale:
 - 2.13.1 Karrigë stomatologjike,
 - 2.13.2 Mikromotor,
 - 2.13.3 Tavolinë për instrumente,
 - 2.13.4 Aspiratori,
 - 2.13.5 Elektrokauter,
 - 2.13.6 Mbajtës skallperi,
 - 2.13.7 Pinceta anatomike,
 - 2.13.8 Pinceta kirurgjikale,
 - 2.13.9 Pinceta stomatologjike,
 - 2. 13.10 Mbajtës sipas Peani,
 - 2.13.11 Mbajtës sipas Koheni,
 - 2.13.12 Raspator,
 - 2.13.13 Kireta për kockë dhe alveolë,
 - 2.13.14 Dana për kockë,
 - 2.13.15 Ekarter të ndryshëm,
 - 2.13.16 Pejament,
 - 2.13.17 Kundërkënd,

- 2.13.18 Gërshërë,
- 2.13.19 Mbajtës gjilpërë,
- 2.13.20 Dalta,
- 2.13.21 Çekan,
- 2.13.22 Mbajtës të gjuhës,
- 2.13.23 Aerëey-tubus;
- 2.13.24 Hapës të gojës,
- 2.13.25 Sonda kirurgjikale,
- 2.13.26 Mbajtës të instrumenteve,
- 2.13.27 Shiring për shpëlarje,
- 2.13.28 Spekulum për hundë,
- 2.13.29 Kanila për aspirator,
- 2.13.30 Dana për tel.

3. Personeli për shërbimin e kirurgjisë orale si në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 63 **Shërbimi i Kirurgjisë Maksilofaciale**

1. Hapësira:

- 1.1. Hapësirën për procedura të ndryshme diagnostike 20m;
- 1.2. Hapësirën terapeutike 20m;
- 1.3. Sallën operative sipas nenit 54, paragrafi 1 dhe 3 të këtij udhëzimi administrativ me pajisjet e nevojshme shtesë.

2. Pajisjet dhe inventari për shërbimin kirurgjisë maksilofaciale janë:

- 2.1 Komplet për kirurgjisë maksilofaciale,
- 2.2 Gërshërë,
- 2.3 Kireta,
- 2.4 Sonda terapeutike dhe diagnostike,

2.5 Mbajtës skullperi,

2.6 Peana,

2.7 Piceta kirurgjike,

2.8 Pinceta anatomike,

2.9 Mbajtës gjilpërë,

2.10 Seti i osteosintezës,

2.11 Pajisjet shtesë për tavolinën kirurgjikale për intervenime të kirurgjisë maksillofaciale.

2. Personeli për shërbimin e kirurgjisë maksilofaciale si në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 64

Shërbimi i Anesteziologjisë, Reanimacionit dhe Kujdesit intensiv

1. Anestezioni, reanimacioni dhe kujdesi intensiv duhet të kenë njësinë qendrore.

2. Spitalet me së paku dy salla të operacionit, duhet të kenë hapësirat për ambulancën e anesteziologjisë për trajtim të dhembjes të pajisur me respirator.

3. Përveç kushteve të përcaktuara në nenin 20 të këtij udhëzimi administrativ ky shërbim duhet të ketë edhe:

3.1 Hapësirat për shërbimin e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv;

3.2 Kujdesi intensiv duhet të ketë 12m² për një shtrat dhe largësia në mes të shtretërve duhet të jetë 2 m ndërsa në mes shtratit dhe murit 80 cm;

3.3 Hapësirë për zgjim;

3.4 Izolim të pacientëve 12m² për shtrat;

3.5 Pultin qendror me komunikim vizual.

4. Pajisjet për shërbimin e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv janë:

4.1. Paisje anestezioni me ventilim automatik të mushkërive, aspirim dhe kapnografi;

4.2. Paisje për ventilim të asistuar;

4.3. Monitor të funksionit të mushkërive;

4.4. Inhalator të anestetikëve inhalues;

4.5. Monitor për detektim dhe matje të koncentrimin të gazrave, avujve anestetik dhe të CO₂;

- 4.6. Laringoskop fleksibil;
- 4.7. Laringoskop për Intubim endotraheal;
- 4.8. Bronkoskop fleksibël;
- 4.9. Defibrilator;
- 4.10. Monitor për EKG, TA dhe puls;
- 4.11. Pompa infuzive;
- 4.12. Aparat për suksion dhe drenazh;
- 4.13. Respirator;
- 4.14. Ngrohës gjaku;
- 4.15. Puls-oksimetër;
- 4.16. Tuboskopi.

5. Personeli për shërbimin e anesteziologjisë sipas nenit 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 65

Shërbimi i Emergjencës

1. Hapësira për shërbimin e emergjencës:

- 1.1 Dhoma për pranim dhe triazhim 20m²,
- 1.2 Dhoma për trajtim dhe përcjellje 20m²

2. Pajisjet dhe inventari për shërbimin e emergjencës:

2.1 Në dhomën e triazhimit:

- 2.1.1 Sfigomanometër,
- 2.1.2 Puls-oksimetër,
- 2.1.3 Kompjuter,
- 2.1.4 Telefon;
- 2.1.5 Paravan.

2.2 Në dhomën e trajtimit:

- 2.2.1 Monitor,

- 2.2.2 Puls-oksimetër,
- 2.2.3 Kapëse për ndaljen e gjakut,
- 2.2.4 Sfingomanometër,
- 2.2.5 Pompa infuzion,
- 2.2.6 Termometër,
- 2.2.7 AMBU,
- 2.2.8 Kanila Guedel,
- 2.2.9 Bombola të oksigjenit,
- 2.2.10 Bandazhe,
- 2.2.11 Çarçaf
- 2.2.12 Allçi,
- 2.2.13 Komplet Folei;
- 2.2.14 Borsa për ngrohje,
- 2.2.15 Llamba scialitike,
- 2.2.16 EKG portative,
- 2.2.17 Ehsonograf portativ,
- 2.2.18 Glikometër,
- 2.2.19 Analizues i gasërave në gjak,
- 2.2.20 Frigorifer për medikamente;
- 2.2.21 Paravan.

2.3 Në dhomën e Shokut:

- 2.3.1 Monitor,
- 2.3.2 Defibrilator portabil,
- 2.3.3 Puls-oksimetër,
- 2.3.4 Kapëse për ndaljen e gjakut,

- 2.3.5 Sfingomanometër,
- 2.3.6 Vigon,
- 2.3.7 Pacemaker permanent,
- 2.3.8 Allqi-manikotë qafore,
- 2.3.9 Ventilator automatik,
- 2.3.10 AMBU,
- 2.3.11 Kanjula Guedel,
- 2.3.12 Bombula të oksigjenit,
- 2.3.13 ET-Tubuse endotraheal,
- 2.3.14 Aspirator portabil,
- 2.3.15 Bandazhë,
- 2.3.16 Allqi leukoplast,
- 2.3.17 Komplet kardiovaskular,
- 2.3.18 Komplet për drenazh torakal,
- 2.3.19 Komplet folei,
- 2.3.20 Arela.

3. Personeli për shërbimin e kirurgjisë orale si në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 66 **Shërbimi i mjekësisë Fizikale me terapi fizikale**

1. Hapësira:

- 1.1 Hapësirën për ushtrimin e veprimtarisë së terapisë fizikale dhe rehabilitimit 35 m², ashtu që gjatësia dhe gjerësia të mos jenë më pak se 4 m,
- 1.2 Hapësira për forma të ndryshme për aplikim të terapisë fizikale, ku secila prej tyre nuk mund të jetë më e vogël se 12 m² (gjatësia dhe gjerësia të mos jenë më pak se 3m),
- 1.3 Hapësirë për hidroterapi, me instalim të ujit të ftohtë dhe të ngrohtë 20 m², me së paku një vaskë dhe ashensor për ngritjen e pacientëve që kanë probleme me motilitet,
- 1.4 Hapësirë për terapinë e punës 20 m²,

1.5 Pritore 30m²,

1.6 Hapësira për pranimin e pacientëve dhe dokumentacionin mjekësor 10m².

2.Pajisjet dhe inventari për ambulancën specialistike të mjekësisë fizikale me terapi fizikale duhet të jenë sipas nenit 42 të këtij udhëzimi administrativ.

3.Pajisjet për shërbimin e terapisë fizikale me rehabilitim:

3.1 Pajisjet për elektroterapi, fototerapi, termoterapi:

3.1.1 Aparatura për elektroterapi totale,

3.1.2 Bionic për fototerapi,

3.1.3 IR+UV,

3.1.4 Kompresa të ftohta dhe të ngrohta.

3.2 Pajisjet për kinezoterapi:

3.2.1 Hand grip dinamometër,

3.2.2 Ergo dinamometër,

3.2.3 Stabilimetër për koordinim dhe drejtpeshim trupor,

3.2.4 Pajisje fitnesi për rritjen e forcës muskulare,

3.2.5 Shkallët suedeze,

3.2.6 Kërcimore-trambolinë,

3.2.7 Dyshek për ushtrime,

3.2.8 Pasqyrën,

3.2.9 Pajisje për vetkujdes,

3.2.10 Tavolinë pune,

3.2.11 Paralelet,

3.2.12 Rrafshina të pjerta,

3.2.13 Kinetek,

3.2.14 Rrotëza nautike,

- 3.2.15 Topa të gomës,
- 3.2.16 Trak elastike,
- 3.2.17 Pajisje për pronacion dhe supinacion,
- 3.2.18 Biçikleta statike,
- 3.2.19 Aparat për traktion të qafës dhe lumbal,
- 3.2.20 Tavoline oscilatore,
- 3.2.21 Ekstenzor elektronik.

3.3 Pajisje për hidroterapi:

- 3.3.1 Banjo alternative,
- 3.3.2 Banjo e Harbardit,
- 3.3.3 Banjo katër qelizore,
- 3.3.4 Masazha nën ujore,
- 3.3.5 Pajisje për funksion dhe bllokadë lokale,
- 3.3.6 Turbulator për masazh nënujore.

3.4 Pajisja për terapi të punës:

- 3.4.1 Pajisje për ushtrimin e aktiviteteve profesionale,
- 3.4.2 Pajisje didaktike,
- 3.4.3 Karrigë për terapi të punës,
- 3.4.4 Tavolinë për terapi të punës,
- 3.4.5 Pajisje të ekstremiteteve.

3.5. Pajisje për vlerësim antropometrik:

- 3.5.1 Peshorja,
- 3.5.2 Metri,
- 3.5.3 Pajisje për ushtrimin e aktiviteteve profesionale.

3.6 Pajisjet tjera:

3.6.1 Vaskulator,

3.6.2 Pajisjet për oksigjenim hiperbarik,

3.6.3 Inhalator aeorosol,

3.6.4 Karrocë për persona me aftësi të kufizuar.

4. Personeli për shërbimin e kirurgjisë orale si në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

Neni 67 **Shërbimi i Alergologjise me Imunologji**

1. Hapësira:

1.1. Hapësira e ambulancës specialistike duhet të përfshijë së paku 12 m² ku mundësohet bërja e testeve kutane,

1.2. Hapësira për provokime në medikamente dhe bletë,

1.3. Hapësira për spirometri.

2. Inventar:

2.1 Tavolinë e punës për mjekun,

2.2 Kompjuter,

2.3 Karrigë për mjekun,

2.4 Karrigë pa mbështetese për pacientin,

2.5 Varesë për rroba,

2.6 Shtrat për ekzaminim të pacientit,

2.7 Paravan,

2.8 Dollap për barera dhe instrumente,

2.9 Shporte metalike për mbeturina medicinale dhe shporte për mbeturina të tjera.

3. Pajisje bazike:

3.1 Termometer,

3.2 Stetoskop,

3.3 Tensiometër,

- 3.4 Shpatulla për një përdorim,
- 3.5 Doreza për një përdorim,
- 3.6 Fasha dhe gaza sterile,
- 3.7 Thjerrëz zmadhuese,
- 3.8 Glikometer,
- 3.9 Telefon,
- 3.10 Pulsoksimeter,
- 3.11 Frigorifer (për ruajtje të testeve kutane),
- 3.12 Mbajtëse infuzioni,
- 3.13 Veshkore,
- 3.14 Nagatoskop,
- 3.15 EKG,
- 3.16 Defribilator,
- 3.17 Sistem për oksigjenoterapi të kontinuar.

4 Pajisje specifike:

- 4.1 Pompe Inhalatore me medikament(bronkodilatator),
- 4.2 Teste IgE specifike,
- 4.3 Teste kutane.

4. Personeli

4.1. Personeli për shërbimin e Alergologjisë me Imunologji si në nenin 23 të këtij udhëzimi administrativ.

KAPITULLI III

NENI 68

Qendra e Rehabilitimit fizikal dhe klimatik

1. Objekti me sistemin e ventilimit me ajër të kondicionuar me hepafiltera ku zhvillohet veprimtaria shëndetësore duhet të jetë i ndërtuar në përputhje me standardet ndërtimore të rregulluara me ligjin për ndërtim dhe ligjet e tjera të cilat rregullojnë çështjet e ambientit.

1.1.Mirëmbajtja e hapësirës së qendrës rehabilituese dhe klimatike:

1.1.1. Mirëmbajtja në mënyrë të rregullt;

1.1.2. Dyshemetë ku ofrohen shërbimet shëndetësore duhet të jenë të shtruara nga materiali (linloun, epoksid) ndërsa pjesa logjistike mund të jetë edhe me keramik pastrohen lehtë që kanë qëndrueshmëri ndaj temperaturave të larta dhe zjarrit;

1.1.3. Muret duhet të kenë lartësinë sëpaku 2m e 60cm, duhet të jenë të lemueshme dhe që pastrohen lehtë;

1.1.4. Dritaret të jenë të vendosura për sigurimin e ndricimit ashtu që të këtë dritë të mjaftueshme;

1.1.5. Hapësirat dhe korridoret qarkulluese duhet të jenë të gjëra, të lira dhe çdo herë në dispozicion për lëvizje të lirë të pacientëve qoftë me shtretër, barelë, apo karroca.

1.1.6. Sistemi i ventilimit me ajër të kondicionuar me hepafiltera.

1.2 Qasja në hapësirën së qendrës rehabilituese dhe klimatik:

1.2.1. Dyert e hyrje-daljeve për qasje të lehtë dhe në përputhshmëri me standardet ndërtimore;

1.2.2. Dalje emergjente nga qendra rehabilituese dhe klimatike të jashtme ose brendshme;

1.2.3. Ashensor dhe qasje të lehtë për pacient me shtrat dhe për personat me aftësi të kufizuara.

1.3 Ndriçim i hapësirës:

1.3.1. Për hapësirat me ndriçim të kufizuar natyror, duhet të siguroj ndriçim artificial me fuqi të caktuar të shprehur në luksa si:

1.3.2. Për laboratorë 250-500 lluksa;

1.3.3. Për korridore dhe shkallë 40 lluksa;

1.3.4. Drita e murit afër shtretërve të sëmurve 70-100 lluksa;

1.3.5. Të siguroj burime alternative të ujit dhe energjisë me kyçje automatike;

1.4.Kushtet higjienike për hapësirën spitalore:

1.4.1. Qendra shfrytëzon sistemin publik të furnizimit me ujë të pijshëm dhe siguron burime alternative të furnizimit;

1.4.2. Mbeturinat e lëngëta të shkarkohen në sistem të kanalizimit publik;

1.4.3. Mbeturinat e ngurta të mblidhen, trajtohen dhe të hedhen në pajtim me ligjet apo rregullat në zbatim;

1.4.4. Mbetjet medicinale spitalore të gjitha formave të grumbullohen në enë të veçanta dhe të asgjësohen në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave mjekësore;

1.4.5. Qendra obligohet të siguroj dhe mirëmbajë ambient të pastër dhe estetik për pacientët, personelin dhe publikun;

1.4.6. Tualetet duhet të kenë qasje të drejtpërdrejtë nga dhomat ose korridoret. Ato duhet të jenë të ndara për pacientë, personel meshkuj dhe femra dhe persona me aftësi të kufizuara;

1.4.7. Qendra dhe objektet tjera përcjellëse duhet të sigurojnë ngrohje sipas standardeve teknike dhe ekologjike.

1.5. Mbrojtja e objektit nga zjarri:

1.5.1. Të ketë mjete për detektimin dhe mbrojtjen nga zjarri;

1.5.2. Alarme zjarri në mure;

1.5.3. Detektorë tymi në tavane;

1.5.4. Pajisjet për shuarjen e zjarrit duhet të jenë të vendosura në cdo kat dhe vende të dukshme, të përshtatshme dhe të validuara nga institucioni gjegjës.

1.6. Qendrat obligohen të sigurojnë:

1.6.1. Vend parkim të mjaftueshëm, siguri për pacientët, personelin dhe pasurinë;

1.6.2. Sistem efektiv grafik si: shenjëzim i shoqëruar me mjete ndihmëse vizuale për informacione, orientim, drejtim, identifikim, ndalim, vërejtje dhe shënime zyrtare themelore për veprim optimal,

1.6.3. Autoambulanca.

2. Hapësira për qendrën e rehabilitimit fizikal dhe klimatik,

2.1. Ordinancat me hapësirë 12 m² me lavaman funksional.

3. Pajisjet bazë dhe inventari për ambulancën specialistike për pacientet e qendrës janë:

3.1. Karrocë për transport të pacientëve në pozitë të ulur;

3.2. Shtrat për transport të pacientëve në pozitë të shtrirë;

3.3. Tavolinë e punës për mjekun;

3.4. Karrigë lëvizëse me rregullues të lartësisë për mjekun;

3.5. Karrigë për pacientin;

- 3.6. Karrigë lëvizëse me fileto pa mbështetëse për ekzaminim të pacientit;
- 3.7. Varëse garderobe;
- 3.8. Tensiometër me zhivë dhe me manzheta me gjerësi të ndryshme;
- 3.9. Krevat-otoman për ekzaminim të pacientit;
- 3.10. Paravan;
- 3.11. Dollap për instrumente dhe barëra;
- 3.12. Tavolinë për instrumente;
- 3.13. Termometra: dy cope;
- 3.14. Fonendoskop ndëgjuese;
- 3.15. Shpatulla për ekzaminim të grykës për një përdorim dhe plahte për një përdorim;
- 3.16. Dorëza për një përdorim;
- 3.17. Komplet të barërave për terapi të shokut anafilaktik dhe barërave ampulare në përputhje me nevojat e pacientëve të cilëve ju ofrohet kujdesi shëndetësor;
- 3.18. Enët plastike për mbeturina mjekësore;
- 3.19. Enët për mbeturina tjera;
- 3.20 . Kompjuteri.

4. Pajisjet dhe inventari për qendrën për rehabilitim fizikal dhe klimatik:

4.1 Elektroterapia për qendrën për rehabilitim:

- 4.1.1 Pajisje për magnetoterapi,
- 4.1.2 Pajisje për diatermi mikrovalore,
- 4.1.3 Laser,
- 4.1.4 Elektroterapia e përgjithshme.

4.2 Termoterapia për qendrën për rehabilitim:

- 4.2.1 Vaska për pelloidë,
- 4.2.2 Hapësira për termoterapi (ftohët dhe ngrohët),

4.2.3 Pajisjet për termoterapi si te spitali i përgjithshëm.

4.3 Kinezoterapia për qendrën për rehabilitim:

4.3.1 Aparat (puli),

4.3.2 Ekstensor elektronik,

4.3.3 Pajisje për kineziterapi si te spitali i përgjithshëm.

4.4 Hidroterapia për qendrën për rehabilitim:

4.4.1 Turbulator për masazh nënujore,

4.4.2 Pishinë, në mungesë, të dëshmohet kontraktimi i këtij shërbimi.

4.5 Terapia e punës për qendrën për rehabilitim:

4.5.1 Pajisje për ushtrimin e aktiviteteve profesionale

4.6 Pajisjet tjera për qendrën për rehabilitim

4.6.1 Vaskulator,

4.6.2 Pajisjet për oksigjenim hiperbarik,

4.6.3 Inhalator aerosol,

4.6.4 Karrocë për persona me aftësi të kufizuar,

4.6.5 Pajisje për laborator.

5. Personeli për qendrën e rehabilitimit fizikal dhe klimatik:

5.1. Dy (2) specialist fiziatër,

5.2. Tetë (8) fizioterapeut,

5.3. Katër (4) infermier/e.

Neni 69

Organizimi i spitaleve dhe qendrave rehabilituese

Organizimi i spitalit dhe qendrave rehabilituese bëhet në bazë të Statutit.

Neni 70

Financimi i spitaleve dhe qendrave rehabilituese

Financimi dhe veprimtaria financiare e spitaleve dhe qendrave rehabilituese bëhet bazuar në ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Neni 71
Kontraktimi i shërbimeve shëndetësor

1. Spitali special dhe qendrave rehabilituese mund të lidhin kontrata me institucionet të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë për shërbimet nga neni 24 paragrafi 3.2 dhe 3.4 i këtij udhëzimi administrativë.
2. Spitalet mund të lidhin kontrata me institucionet tjera të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë, për shërbime konsultative shëndetësore.

Neni 72
Mbikëqyrja dhe kontrolli i spitaleve

Ndaj institucioneve spitalore ushtrohet mekanizmi i mbikëqyrjes së brendshme dhe të jashtme në bazë të dispozitave juridike në fuqi.

Neni 73
Mekanizmi i shqyrtimit të ankesave

Spitalet sigurojnë mekanizmin e shqyrtimit të ankesave bazuar në rregulloret dhe aktet nënligjore në fuqi.

Neni 74
Organizimi sindikal

Organizimi sindikal në spitale bëhet në harmoni me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi.

Neni 75
Shtojca

Shtojca 1 dhe 2 janë pjesë përbërëse të këtij Udhëzimi administrativ

Shtojca 1 – Deklarata nën betim.
Shtojca 2 – Taksa administrative

Neni 76
Dispozitat kalimtare

Të gjithë themeluesit e Institucioneve private shëndetësore që kanë aplikuar para hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ, procedohen sipas Udhëzimit Adminsitrativ nr. 06/2015, 05/2016, 02/2020 Shërbimi spitalor në Kosovë, përveq në rastet kur bëhet kërkesë nga pala që të bëhet ndryshimi i procedurave në bazë të këtij Udhëzimi administrativ.

Neni 77
Dispozitat shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi administrativ shfuqizohet Udhëzimi Administrativ 06/2015, 05/2016, 02/2020 për Shërbimin Spitalor dhe anekset e tij.

Neni 78
Hyrja në fuqi

Ky udhëzim administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare.

Prishtinë 06.03.2025

Ministri Shëndetësisë
Dr. Arben Vitia

Shtojca 1

Në përputhje me Udhëzimin Administrativ (Në Shëndetësi) Nr. 03/2025- kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore spitalore dhe qendrave rehabilituese, jap këtë:

DEKLARATË NËN BETIM

Unë i poshtë shënuari duke përfaqësuar, subjektin: _____, deklaroj se i plotësoj të gjitha kushtet e përcaktuara në Udhëzimin Administrativ (Në Shëndetësi) Nr. 03/2025- kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore spitalore dhe qendrave rehabilituese. Po ashtu deklaroj nën betim se të gjitha të dhënat e ofruara për licencim të veprimtarisë shëndetësore të institucionit privat të ofruara për Ministrinë e Shëndetësisë përkatësisht Bordin për licencim të institucioneve private shëndetësore, janë të vërteta dhe të drejta, dhe se në asnjë mënyrë nuk synohet mashtrimi, lajthimi apo keqinformimi i institucionit licencues.

Unë pranoj përgjegjësinë dhe mundësinë e ndëshkimit me dënime administrative, civile dhe/apo penale në rast të ofrimit të dhënave të pasakta qofshin ato të ofruara me qëllim apo nga pakujdesia.

Emri i shoqërisë tregtare:	
Numri unik i ARBK-së:	
Emri i Drejtorit/përfaqësuesit të autorizuar:	
Nënshkrimi:	
Data:	
Numri personal	

Shtojca 2

Taksa Administrative

Taksa Administrative për aplikim, licencim dhe ndërrim adrese për licencimin e Institucioneve Private Shëndetësore Spitalore

INSTITUCIONET SHËNDETËSORE SPITALORE	Aplikimi (€)	Licencimi (€)	Totali (€)	Aplikim ndërrim adrese
Spital i Përgjithshëm	1000	4000	5000	1000
Spital Special	1000	3000	4000	1000
Veprimtari e re spitalore	200	800	1000	200
Qendra Rehabilituese	500	1000	1500	500